

Naše zn.: 2025/87464/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 16. září 2025

VZMR – Lehátka

E-ZAK sys. č.P25V00000428

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Sprchovací lehátka, 2 ks:

- Bude zadavatel akceptovat sklon ložné plochy cca 30°? Z praxe máme ověřeno, že je to k odtoku vody dostačující.

Odpověď:

Sklon ložné plochy cca 3°. Nejasné uvedení rozsahu, které je nabízeno jako alternativa, tedy zamítáme.

Dotaz č. 2:

2. Terapeutická lehátka, 20 ks:

- Co je myšleno ovládacím nožním rámem? Byl by zadavatel ochotný akceptovat ovládání nožním pedálem z obou stran lehátka?
- Může uchazeč nabídnout lehátko s nastavitelnou výškou ložné plochy v rozmezí 52-89 cm?

Odpověď:

Co je nožní rám a jak má vypadat je popsáno v TS.

Nabízenou alternativu akceptovat nebudeme, chceme nožní rám tak jak je popsáný.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno