

Naše zn.: 2025/88892/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 19. září 2025

VZMR – Lehátka

E-ZAK sys. č.P25V00000428

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

k Vaší odpovědi na náš dotaz č. 1 - sklon sprchovacího lehátka:

Uchazeč se dotazoval, zda bude zadavatel ochotný akceptovat sklon ložné plochy cca 3 stupně, což je pro odtok vody dostatečné. Pokud zadavatel vyžaduje číslo formou rozsahu, jedná se o sklon 0-3 stupně. To je ale předpokládáme zcela zřejmé a zamítnutí z důvodu „nejasného uvedení rozsahu“ působí spíše jako snaha vyloučit ze zakázky jiné uchazeče, aby se mohl přihlásit pouze výrobce zadavatelem preferovaný.

Domníváme se, že pokud by zadavatel umožnil účast více dodavatelů, zajistil by si tím ekonomicky výhodnější nákup lehátek, což je princip VZ.

Odpověď:

V návaznosti na upřesnění parametru akceptujeme hodnotu sklonu ložné plochy lehátka v rozmezí 0-3 stupně. Při hodnocení nabídek bude tento parametr kontrolován z údajů uvedených v návodu.

V návaznosti na upravené hodnoty je prodloužena lhůta pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno