

Naše zn.: 2025/93401/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. října 2025

Odpověď na dotazy I. k VZMR – PCR termocycler ev. č. P25V00000425

Dotaz:

bude zadavatel akceptovat přístroj, jehož reakční objem je 20 – 150 ul, což odpovídá dovolené odchylce 10 %.

Odpověď:

Zadavatel neakceptuje nabízenou variantu 20 - 150 ul, potřebuje reakční objem **minimálně 10 ul**.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773