

Naše zn.: 2025/93975/FNBno

Vaše zn.:

V Brně dne 6. října 2025

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Brno, IČO: 652 697 05, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu RTG ochranné pomůcky 2025 (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněnou pod číslem P25V00000457 v návaznosti na žádosti o vysvětlení dodavatele vysvětluje a mění zadávací dokumentaci k veřejné zakázce následovně.

Žádost dodavatele:

Dobrý den,
prosím o upřesnění, z jakého materiálu má být Část 7. Uvádíte super lehký, což chápu jako bezolovnatý a pak hned olovený kompozit, což chápu jako směs olova, bizmutu a jiných kovů (a ten není určitě super lehký).

Také bych chtěla požádat o zaslání nějaké fotky, obrázku či bližšího upřesnění, jak by v Části 8, položky 3 měly ochranné klipy na nacvaknutí na osobní brýle vypadat.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel k žádosti dodavatele uvádí - upřesňuje technickou specifikaci.

Část 7 - materiál je požadován z lehkého dvouvrstveného kompozitu – bezolovnatý

Část 8, položka 3 – se ruší a místo klipů na brýle jsou požadovány 2 ks dioptrických brýlí

Technická specifikace:

brýle umožňující široký rozsah předpisů dioptrií, (stíněná dioptrická skla) menší velikosti s jemnou silikonovou výplní nožiček v oblasti spánku a nosní přepážky váha max. 80 gramů tloušťka olovené sportovní lehčená konstrukce obrub s měkčenými koncovkami straniček, pojistná stahovací šňůra vrstvy na přední straně 0,5 mm Pb, po stranách 0,5 mm Pb.

Dioptrie budou specifikovány pro Typ brýlí a barva bude vybrána podle nabídky vítězné firmy

Lhůta pro podání vzorků se v této souvislosti mění a prodlužuje do **15.10.2025** do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek se v této souvislosti prodlužuje do **16.10. 2025** do 10:00 hod.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
Vedoucí obchodního oddělení Fakultní nemocnice Brno