

Naše zn.: 2025/ 95433 /FNBRNO - 15.2.1 –Lu/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 10. 2025

VZMR EKG pro RHK, E-ZAK ev.č. P25V00000453

Odpověď na vysvětlení dotazů

Dotaz č. 1:

Zadavatel v „Příloze č. 1 - Technická specifikace – Další podmínky“ požaduje „*Výrobce nesmí deklarovat životnost kratší než 8let*“ a „*Prodávající se zavazuje, že zabezpečí servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů na dobu minimálně 8 let od dodání přístroje.*“

Uchazeč předpokládá, že požadovaný elektrokardiograf bude používán na klinice, kde se očekává denní využití a přístroj bude během této doby fungovat bez problémů a poskytne spolehlivý výkon bez potřeby častých oprav nebo údržby.

Naše testy a zkušenosti ukazují, že při takovém zatížení, jaké předpokládáme ve Vašem provozu, je optimální životnost 7 let. Tento časový rámec zaručuje, že přístroj bude během této doby fungovat bez problémů a bez potřeby častých oprav nebo údržby. Udržování přístroje v provozu po dobu delší než 7 let může vést k vyšším nákladům na údržbu a opravy. Investice do nového zařízení po 7 letech může být z dlouhodobého hlediska ekonomičtější a efektivnější, a proto je i výrobcem deklarovaná životnost 7let.

Nové hrozby a zranitelnosti v oblasti kyberbezpečnosti se objevují velmi rychle, a to vyžaduje pravidelnou aktualizaci a vylepšování ochranných systémů. Přístroj navržený před 7 lety by mohl mít obtíže čelit novým typům hrozeb, které se za tu dobu objeví. Proto je 7letá životnost přístroje optimální, aby mohl být nahrazen novější verzí, která bude lépe odpovídat aktuálním bezpečnostním požadavkům.

Bude zadavatel z výše uvedených důvodů akceptovat přístroj, který má životnost přístroje 7 let od uvedení do provozu a předání zadavateli a servisní podporu výrobku a dodávání náhradních dílů po dobu 7 let?

Odpověď č. 1:

Zadavatel dodavatele, který uvádí v návodu k použití kratší než 8letou životnost, vyloučí z výběrového řízení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 1 – Technická specifikace parametr „kontrola kontaktu elektrod a správnost jejich umístění“

Chápe uchazeč správně, že parametrem „kontrola kontaktu elektrod a správnost jejich umístění“ je myšleno u končetinových elektrod s označením N a F nejenom umístění, ale i případné prohození/záměna?

Odpověď č. 2:

Ano, uchazeč tento bod chápe správně.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na použití termopapíru o šíři 210 mm. Rádi bychom se zeptali, zda je tento parametr nezbytný, nebo zda by stačovalo použití termopapíru o šíři 112 mm, a to s ohledem na skutečnost, že data budou odesílána do systému Cardiopoint. V těchto případech je možné výsledky současně tisknout i na běžný kancelářský papír formátu A4.

Umožní zadavatel možnost použití užšího termopapíru (112 mm) nebo tisk na A4?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku na EKG s tiskem na termopapír šíře 112 mm v případě, že přenos výsledků bude fungovat, jak je uvedeno a bude možnost tisku na větší formát přes PC.

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek na 16. 10. 2025 do 11:00h

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel. 532 233 805