

Odpověď na dotaz dodavatele

Dotaz:

Požaduje zadavatel dodání automatického systému pro rozplnění celkově dodané aktivity z výroby na dávky pro jednotlivé pacienty s následnou volitelnou automatickou nebo manuální aplikací RF jednotlivému pacientovi, volitelně ve stejné místnosti jako rozplnění nebo v jiné (aplikační) místnosti?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodání automatického systému pro rozplnění celkové dodané aktivity z výroby na dávky pro dospělé i dětské pacienty (aktivity od 10 MBq) s následnou automatickou i manuální aplikací RF jednotlivému pacientovi v aplikační místnosti nebo v aplikačním boxu u vyšetřovny nebo i přímo ve vyšetřovně u PET/MR.