

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 5. 6. 2015

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

IČ: 27068641

DIČCZ2706864

se sídlem: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921

jež je zastoupená: Ing. Pavlem Kasalem, prokuristou a Ing. Ivo Lukešem, prokuristou

bankovní spojení: UniCredit Bank v Praze

číslo bankovního účtu: 2105630382/2700

jako prodávající, dále jen „**Prodávající**“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

číslo bankovního účtu: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupující, dále jen „**Kupující**“, na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že článek II.1 smlouvy bude znít následovně:

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu 2 ks videokolonoskopu, typ: CF-Q165L a 1 ks videogastroskopu, typ: GIF-H185 EVIS EXERA III, jehož přesná technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy, dále jen „Zboží“.

2. Do přílohy č. 1 smlouvy se vkládá Technická specifikace - Videogastroskop GIF-H185 EVIS EXERA III, uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Tento dodatek byl sepsán podle svobodné, vážné a pravé vůle obou smluvních stran, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

.....
Ing. Pavel Kasal, prokurista
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

.....
Ing. Ivo Lukeš, prokurista
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

V Brně dne

23. 6. 2018
Fakultní nemocnice Brno
Jednotka 20, 625 00 Brno
③

.....
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Fakultní nemocnice Brno

Olympus Czech Group, s.r.o.,
②4 člen koncernu: Evropská 176/16
160 41 Praha 6, IČ: 27068641
tel.: +420 221 985 162

Y

Technická specifikace - Videogastroskop GIF-H185 EVIS EXERA III 1 ks

nové řady EXERA III. s **HDTV** rozlišením obrazu pro diagnostiku a terapii.

Umožňuje zobrazování v módu **NBI** (Narrow Band Imaging) – úzkopásmové zobrazování je nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu a žaludku zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.


Uživatel si pouhým použitím ovládacího tlačítka zvolí možnost pozorovat povrch sliznice v jejím detailu od 2 mm až po 100mm v kombinaci s HDTV obrazem, NBI nebo v bílém světle.

Videogastroskop se připojuje k videoprocesoru pouze přes digitálně řízený tzv. **OneTouch konektor**, kdy již není zapotřebí další propojovací kabel a tento nový typ konektoru je zcela vodotěsný.


Zobrazovací systém - barevný CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV).

- **optický systém**
 - zorné pole – 140°
 - směr pohledu – přímý pohled
 - hloubka ostrosti – 2 -100 mm
 - minimální pozorovací vzdálenost – 2 mm od distálního konce
- **zaváděcí tubus**
 - zevní průměr distálního konce – 9,2 mm
 - zevní průměr tubusu – 9,2 mm
 - pracovní délka – 1030 mm
 - celková délka – 1345 mm
- **pracovní kanál** – vnitřní průměr – 2,8 mm
- **ohybová část** – rozsah angulace
 - nahoru 210°
 - dolů 90°
 - doprava 100°
 - doleva 100°
- **Kompatibilita** – systém EVIS EXERA III (CV a CLV 190)

Bílé světlo



NBI



One Touch konektor

tüv

DIN EN ISO 9001:2000
Certifikát: 01 100 055428

tüv

DIN EN ISO 9001:2000
Certifikát: 01 100 055428