

Naše zn.: 2025/116000/FNBrno - 15.2.2 - Lu/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. prosince 2025

Odpověď na dotaz k VZMR – Proktologický stůl, ev. č. P25V00000609

Dotaz:

Příloha č. 1- Technická specifikace – Proktologický stůl

Zadavatel požaduje možnost nastavení sklonu ložné plochy (TR/ATR) $\pm 20^\circ$

Bude zadavatel akceptovat pouze trendelenburg?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat pouze vybavení trendelenburg.

Tímto se mění technická specifikace na řádku 22. Ostatní zůstává nezměněno.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel.: 532 232 783