

Dodatečné informace

*Zadavatel v technických parametrech požaduje elektrické polohování operační desky:
„Polohování nožní části horizontálně i vertikálně min. $\pm 90^\circ$, roztažitelné do písmene V a U“.*

Dotaz: Na základě znalosti trhu máme za to, že neexistuje stůl s elektrickým polohováním nožních částí horizontálně. Bude zadavatel akceptovat elektrické polohování pouze vertikální s tím, že horizontální roztažení do polohy U a V do 90° bude nastavováno manuálně?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navržené řešení s manuálním polohováním nožních částí v horizontálním směru.

Na základě těchto dodatečných informací bude změněna zadávací dokumentace.