

V Brně dne 8. 12. 2025

Naše zn.: 2025/116163/FNBrno - 14.7 - Dr/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Ultrazvukové přístroje pro KRNM, ODR, UK, IHOK, KARIM

Vážení,

zadavatel obdržel dne 3. 12. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Ultrazvukové přístroje pro KRNM, ODR, UK, IHOK, KARIM, ke kterému sděluje následující:

dobrý den, prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace

dotaz k části 3 - oddělení dětské radiologie

Parametr: LCD širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,8" s FULL HD rozlišením, upevněn na otočném stojanu, nastavitelná poloha monitoru.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat širokoúhlý monitor s úhlopříčkou 27" a moderní technologií OLED, která zajišťuje velmi ostrý obraz s velmi dobrým rozlišením a napomáhá tak k lepšímu rozlišení jednotlivých zobrazovaných tkání?

děkujeme za podání vysvětlení

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Nově požadavek zní:

- *LCD nebo OLED širokoúhlý monitor s poměrem stran 16:9 úhlopříčkou min. 23,8" s FULL HD rozlišením, upevněn na otočném stojanu, nastavitelná poloha monitoru*

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel