

Dodatečné informace

Mechanické polohování

- *napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky)) V oddíle III. Technické podmínky zadavatel mj. uvádí, že... je možné v souladu s § 44 odst. 11 zákona nahradit **adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných či lepších parametrů.***

Dotaz:

Námi nabízená technologie umožňuje užívat patentované, bezpečné a díky softwarové diagnostice omyl vylučující řešení napojování jednotlivých segmentů operačních desek – tzv. coupling points – pro rychlé připojení a odpojení jednotlivých segmentů s možností pevnějšího upevnění díky šroubové aretaci. Umožní zadavatel toto adekvátní, kvalitativně a technicky rovnocenné řešení stejných či lepších parametrů (řešení, se kterým má zkušenost a které již několik let využívá na několika operačních sálech FN Brno-Bohunice)?

Odpověď:

Při pečlivém přezkoušení zmíněného systému na našich operačních sálech bylo patrné, že segment pouze nasazený na operační desku má výrazně větší volnost a je nutno jej ještě zafixovat šroubovou aretací. Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původním požadavku