

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
zadávané v otevřeném řízení dle § 27 a násl. zákona

„FN Brno – Operační stoly a operační světla“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu (IOP)
prioritní osa: 6.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
oblast podpory: 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví,
registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/19.09748

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

I.**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II.**PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení investičního majetku, a to zdravotnické techniky (dále také „zboží“), včetně předvedení funkčnosti a spotřebního materiálu nutného k prvnímu uvedení do provozu, pro jednotlivá pracoviště zadavatele.

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících předpisů v platném znění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 13 a násl. zákona ve výši 28 000 000,00 Kč vč. DPH, tj. 23 140 495,86 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je určena níže uvedenou dílčí předpokládanou hodnotou jednotlivých druhů zboží v jednotlivých částech veřejné zakázky. **Uchazeč tuto dílčí předpokládanou hodnotu v každé jednotlivé položce nesmí svou nabídkovou cenou překročit. Nesplnění této podmínky, tedy překročení dílčí předpokládané hodnoty, je důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.**

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kód:

33100000-1 – Zdravotnické přístroje

33192230-3 – Operační stoly

33167000-8 – Chirurgická světlá

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na 2 části.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Investiční majetek:

P.č. části	Název zdravotnického přístroje	Dílčí předpokládaná hodnota (v Kč bez DPH)	Počet jednotek
Dlouhodobý hmotný majetek			
01.	Operační stoly	20 539 365,87	5
02.	Operační světla	2 601 130	5

Diagnosticko-terapeutický účel

Přínosem realizace bude modernizace a zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť, a tím zlepšení podmínek pro zajišťování specializované péče pro pacienty FN Brno. Zařízení bude využíváno při operativě v oblasti onkochirurgie, kde jsou kladeny vysoké nároky na jasně definované podmínky provedení operačních výkonů se stále častějším uplatňováním minimálních invazivních a navigovaných výkonů.

III. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje přístroje nové (ne demo, ne repase, ...).

Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek či technologie, zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití a pokud není dále stanovena jiná povolená odchylka.

Pokud je v technické specifikaci níže uvedeno konkrétní specifické označení zboží, technologie či metody platící pro určitou osobu za příznačné, patent na vynález, užitný vzor nebo průmyslový vzor, ochranná známka nebo označení původu, je možné je v souladu s § 44 odst. 11 zákona nahradit adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných či lepších parametrů.

Pokud je v technické specifikaci níže užít pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Technická specifikace

Část č. 1 – Operační stoly

Medicinský účel: k provádění operací v oblasti onkochirurgie

Požadujeme pět elektromechanických operačních stolů s výměnnými deskami sestávající z mobilní základny a výměnných desek s motoricky ovládanými pohyby a s příslušenstvím. Jako samostatná část, která bude hrazena výhradně z vlastních zdrojů zadavatele, bude naceněna výměna původních pevně zabudovaných operačních stolů za nové s úpravou podlahy sálů po výměně.

Technické parametry operačního stolu:

Operační stůl s výměnnou deskou a transportním vozíkem výškově nastavitelným.

- 5 dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000 x 520 mm
- Navážení desek na základnu obousměrně (od hlavy i od nohou) s automatickým rozpoznáním pozice
- Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky
- Nosnost operačního stolu min. 360 kg
- Kombinované polohování operačního stolu

Elektrické polohování

Základna operačního stolu zabezpečí:

- Nastavení výšky pracovní desky min. 650 – 1100 mm
- Motorický podélný posun min. 300 mm
- Trendelenburg/AntiTrendelenburg min. $\pm 45^\circ$
- Boční náklon pracovní desky min. $\pm 30^\circ$
- Kombinace Trendelenburg 30° s bočním náklonem 20°

Výměnná deska stolu zabezpečí:

- ~~Polohování nožní části horizontálně i vertikálně min. $\pm 90^\circ$, roztažitelná do písmene V a U, poloha „do kleku“, ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami pro nohy pro polohu „ve stoje“~~
- Polohování nožní části vertikálně min. $\pm 90^\circ$, polohu „do kleku“. Ovládaná každá levá i pravá část zvlášť se zarážkami pro nohy pro polohu „ve stoje“.
- Polohování zádové části celkový rozsah pohybu in. 120° (přičemž zdvih min. $+70^\circ$), umožňující funkci můstku (zalomením, můstek), rozšiřovací segmenty pro obézní pacienty.

Mechanické polohování

- Hlavová část
- RTG transparentní operační deska
- Čtyřdílná nožní část (roztahitelná do písmene V a U)
- Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. pro 120 hodin provozu
- Ovládací panel na noze OP stolu (přístupný i s přisunutým transportním vozíkem)
- Bezdrátový ovladač s možností uložení nejpoužívanějších poloh
- Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu (rozpoznávání napojeného příslušenství)
- Polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu (bezešvé matrace z PUR pěny)

Projekt „FN Brno – Modernizace specializovaných pracovišť KOC“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- Stávající příslušenství připojitelné oboustranně k operační desce pomocí EU lišt po celé délce stolu
- Napojování jednotlivých segmentů operačních desek jednoduchými západkami (bez nutnosti šroubování (s výjimkou hlavové desky))
- Základní „nulová“ poloha zadáná jedním tlačítkem; sekvenční automatizované postupné pohyby omezující otřesy a náklony pacienta
- **Polohování nožní části horizontálně, roztažitelné do písmene V a U.**

Příslušenství k operačnímu stolu:

- Anesteziologický rigidní rám nastavitelný se svorkou k EU liště – 1 kus ke stolu
- Podpora paže, laterálně i výškově stavitelná se svorkou – 2 kusy ke stolu
- Držák (druhé) ruky se svorkou – 2 kusy ke stolu
- Závěs pro horní končetinu polstrovaný (na anesteziologický rám) – 1 kus ke stolu
- Ramenní zarážky polstrované, nastavitelné, se svorkou – 1 pár ke stolu
- Boční zarážky polstrované, axiálně nastavitelné, se svorkou – 2 páry ke stolu
- Transparentní stolek pod horní končetinu se svorkami/podpěrou – 1 kus ke stolu
- Popruhy (různé délky) se suchým zipem a svorkou (hákem) pro fixaci dítěte i korpulentnějšího dospělého pacienta – 2 kusy ke stolu
- Držáky na dolní končetiny (schauty) polstrované se svorkou – 1 pár ke stolu
- Infusní stojan na EU lištu se svorkou – 1 kus
- Svorky na EU lištu – 2 kusy ke stolu
- Stojan na sál pro příslušenství ke stolu – 1 kus ke stolu
- Gelová podložka hlavy kruhová – 1 kus ke stolu
- Gelová podložka hlavy „podkova“ – 1 kus ke stolu
- Podložka pod tělo při poloze na břiše (bodové lůžko) jednodílné – 1 kus ke stolu
- Podložka (půlválec) pod kolena – 1 kus ke stolu
- Klínový polštář 30 x 30 x 10 cm – 2 kusy ke stolu*
- Polštář obdélník pod dolní končetinu 45 x 30 x 10 cm – 1 kus ke stolu*
- Polštář čtverec nízký 25 x 25 x 8 cm – 1 kusy ke stolu*
- Gelová podložka univerzální 110 x 50 cm – 1 kusy ke stolu*
- Gelová podložka univerzální 50 x 50 cm – 2 kusy ke stolu*
- Gelová podložka pod ruku – 2 kusy ke stolu
- Gelová podložka mezi kolena apod. – 2 kusy ke stolu

Ad *) – pro rozměry u hvězdičkou označených polštářů a gelových podložek platí tolerance $\pm 15\%$

Počty stolů:

- Chirurgie: 2 operační stoly, 6 výměnných desek, 6 transportních vozíků
- Urologie: 1 operační stůl, 3 výměnné desky, 3 transportní vozíky
- Ortopedie: 2 operační stoly, 6 výměnných desek, 6 transportních vozíků

Další příslušenství:

- Urologie:

- jeden pár polohovacích třmenových svorek (americké boty) s plynovou vzpěrou, ovládání jednou rukou
- Ortopedie:
 - Ortopedická extenze:
 - 2 trakční tyče s jedním trakčním zařízením
 - dvoudílná deska pod nohy pacienta
 - plastová extenční bota s vakuovou vložkou
 - RTG transparentní v pánevní oblasti
 - Deska pro operaci ramene:
 - trojdílná deska s odnímatelnými bočními segmenty
 - fixační helma pro uchycení hlavy
 - odkládací vozík na desku
 - 2 boční zarážky
 - Weinbergerův fixátor prstů:
 - TRG transparentní
 - sterilizovatelný
 - možnost upevnění na 3D závěs/držák horní končetiny
 - Stehenní držák pro artroskopii kolene
 - Zařízení pro operaci páteře v pronační poloze, min délka 1250 mm
 - nastavení výšky 650 - 900 mm
 - RTG transparentní deska, délka min 800 mm
 - RTG transparentní z 360° v celé délce páteře (deska i samotné zařízení)
 - samostatné podpěry pod ramena a kyčle,
 - výškově a podélně nastavitelné, 4 ks
 - držák pro fixaci hlavy vhodný pro trakce
 - snadný přístup pro C-rameno
 - vozík pro snadný transport a uchycení
- COS I:
 - 3D závěs/držák horní končetiny
 - fixace - mechanicky (bez nutnosti tlakového vzduchu či elektrické energie)
 - pohyblivost – min 5 kloubů otočných o 630°
 - ovládání a aretace jednou rukou
 - podpěra předloktí
 - úchyt pro Weinbergerův fixátor prstů
 - možnost doplnění o další příslušenství (uchycení optik)
 - náhradní bezdrátový ovladač

Část č. 2 – Operační světla

Medicinský účel: k provádění operací v oblasti onkochirurgie

- 5 ks dvouramenných operačních svítidel – oba satelity se stejnými parametry
- příprava pro připojení HD kamery
- intenzita osvětlení (ve vzdálenosti 1 m) nastavitelná v rozsahu min. 80 000 – 140 000 lx pro každý satelit svítidla

Projekt „FN Brno – Modernizace specializovaných pracovišť KOC“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- regulace intenzity osvětlení separátně pro každý satelit svítidla
- ovládání přímo na svítidle a na ovládacím panelu na zdi (zapnutí/vypnutí, intenzita osvětlení)
- hloubka osvětlení v rozsahu min. 900 mm
- plynulé nastavení průměru světelného pole v rozsahu 25 – 30 cm
- teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 – 4500 K (akceptujeme pevně danou i nastavitelnou)
- index podání barev Ra min. 95
- výškově stavitelná poloha satelitů svítidla
- úhel natočení satelitů svítidla 360°, úhel otáčení ramen 330°
- životnost zdrojů světla min. 40 000 hodin
- neporézní povrchový materiál svítidla pro snadné čištění
- min 30 ks resterilizovatelných rukojetí
- instalace a uvedení do provozu dodaného svítidla

IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky vč. podmínek platebních a dodacích, jsou obsaženy ve vzorech smlouvy, které jsou přiloženy jako **Příloha č. 1** této zadávací dokumentace a jsou její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text smlouvy pro každou část veřejné zakázky, do které podává nabídku, k předložení návrhu smlouvy podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče na místech k tomu určených. Uchazeč je oprávněn a současně povinen dále vyplnit do návrhu smlouvy zadavatelem vyznačené údaje (tj. identifikaci uchazeče, vymezení nabízeného plnění, nabízenou cenu, identifikaci oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci nabízeného plnění (viz čl. II.1. vzoru smlouvy).

V případě, že v části č. 1 přístroj obsahuje pouze firmware, uchazeč odstraní z textu smlouvy modře podbarvený text, pokud je součástí dodávky i samostatný software a licence, odstraní uchazeč z textu smlouvy červeně podbarvený text.

V části č. 2 uchazeč odstraní z textu smlouvy modře podbarvený text.

Uchazeč je oprávněn upravit strukturu ceny ve čl. IV vzorové smlouvy pro účely využití přenesené daňové povinnosti.

V.

JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky ke všem částem veřejné zakázky bude v českém jazyce:

1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
3. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
4. čestné prohlášení či jiný doklad prokazující, že uchazeč má splněnu oznamovací povinnost dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
5. čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání výrobku (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním výrobku zadavateli)
6. návod ke zboží 1 x v českém jazyce a 1 x v anglickém originále, pokud výrobce nepochází z České republiky (zadavatel preferuje na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf),
7. uživatelský návod k SW v prosté kopii v datové podobě na CD/DVD/USB disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf, pokud je součástí plnění samostatný SW.

Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokumentů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!

Zájemce může dále k nabídce připojit v českém jazyce:

- údaje o servisních pozáručních podmínkách (o místu servisu v České republice, hodinové sazbě a kilometrovném, době nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního zboží po dobu dlouhodobé (déle než 3 pracovní dny od oznámení vady) či dílenské opravy, cenách za preventivní bezpečnostně technické kontroly, apod.);
- seznam veškerého dalšího možného příslušenství nabízeného zboží příp. SW nad rámec předmětu veřejné zakázky s uvedením aktuálních cen;
- čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, zda má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky jednomu či více subdodatelům, a pokud ano, pak uvést identifikační údaje každého takového subdodavatele a informace v jakém rozsahu se na plnění veřejné zakázky bude subdodavatel podílet.

K části č. 2 – Operační světla

- prohlášení o bezplatném zaškolení techniků OZT k provádění odborné údržby dle § 65 zák. 268/2014 Sb., nebo k provádění servisu dle § 66 zák. 268/2014 Sb.
- 1x kompletní servisní manuál (možnost na CD/DVD/USB)

Výše uvedené doklady mají pouze informativní charakter, nejsou povinnou náležitostí nabídky uchazeče a jejich nedoložení není důvodem pro vyřazené nabídky z dalšího posouzení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po níž je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 150 kalendářních dnů. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeči. Zadávací lhůta

se prodlužuje uchazeči, s nímž může zadavatel uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem
- **zrušit zadávací řízení při neobdržení finančních prostředků z dotace;**
- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;
- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- v případě shodných cen určit vítěze losem.

VI. JISTOTA

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

VI. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována jako cena s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť bude zpracována pro jednotlivé části veřejné zakázky jako celková cena. U části operační stoly bude u celkové ceny samostatně vyčíslena hodnota za demontáž původně zabudovaných operačních stolů, zakrytí jejich montážního otvoru krytem a úprava podlahy sálů.

Cena s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť bude rovněž uvedena pro jednotlivé položky částí veřejné zakázky.

VII. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen **doručit zadavateli** v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a to **nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům **prostřednictvím svého profilu** (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Radim Mlčák, právník Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno.

VIII. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a jedné kopii v datové formě (na CD ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu po dohodě se zadavatelem, **smlouva včetně příloh ve formátu *.doc**), oboje bude vloženo do řádně uzavřené obálky označené slovy „**Veřejná zakázka – FN Brno – Operační stoly a operační světla - VLASTNÍ NABÍDKA – část/í č. ...**“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností).

Komentář [A1]: Dodavatel doplní číslo částí, či částí, do kterých podává nabídku.

Struktura „**NABÍDKY**“:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s podrobným uvedením číslování stránek
- Krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod
- Návrh kupní smlouvy (plně vycházející z příslušné vzorové smlouvy se zapracovanými údaji dle požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče včetně přílohy č. 1 – technické specifikace
- Cenová nabídka dle bodu VI. této dokumentace

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh vzorové smlouvy nebo cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!!

NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky (jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázané nebo sešity. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

NABÍDKU netvoří **KVALIFIKACE! KVALIFIKACE** bude předložena v jednom originále v **samostatné** řádně uzavřené obálce označené slovy „**Veřejná zakázka – Operační stoly a operační světla – KVALIFIKACE – část/í č. ...**“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností a jedné kopii v datové formě (na CD ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu po dohodě se zadavatelem).

Komentář [A2]: Dodavatel doplní číslo částí, či částí, do kterých podává nabídku.

IX.

Projekt „FN Brno – Modernizace specializovaných pracovišť KOC“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

X. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel nebude uskutečňovat prohlídku místa plnění.

XI. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do ~~29. 7. 2015 10:00 hodin~~ **7. 8. 2015 10:00 hodin**.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu: Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
- osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí, úsek veřejných zakázek, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Uchazeč je ve stejné lhůtě a na stejném místě povinen předložit též doklady k prokázání splnění kvalifikace.

Otevírání obálek:

- Otevírání obálek proběhne dne ~~29. 7. 2015 v 10:00 hod.~~ **7. 8. 2015 v 10:00 hod.** v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
- Otevírání obálek se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocnění k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevřením obálek.
- Komise, která otevírá obálky, kontroluje úplnost nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.

V Brně dne **7. 7. 2015**

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Radim Mlčák, právník OPV, tel: 532 232 806, e-mail: mlcak.radim@fnbrno.cz
Projekt „FN Brno – Modernizace specializovaných pracovišť KOC“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj