

Naše zn.: 2025/120108/FNBrno - 15.2.2 - Lu/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. prosince 2025

Odpověď na dotazy II k VZMR – Proktologický stůl, ev. č. P25V00000609

Dotaz 1:

Zadavatel požaduje v TS min. 3-dílná ložná plocha, rozměry š 650 mm x d 1950 mm, ± 50 mm v obou směrech

Bude zadavatel akceptovat ložnou plochu operačního stolu o rozměrech 550 mm x 2 060 mm?

Odpověď 1:

Zadavatel šířku ložné plochy nebude akceptovat (550 mm), délku ložné plochy, ano.

Dotaz 2:

Zadavatel požaduje v TS výškově nastavitelné v rozsahu min. 650 až 900 mm (vzdálenost ložné plochy od země), s elektrickým pohonem

Bude zadavatel akceptovat zdvih stolu v rozmezí 680 – 1080 mm?

Odpověď 2:

Zadavatel bude akceptovat nabízený zdvih stolu.

Tímto se mění technická specifikace na řádku 16 a 17. Dále se mění termín přijetí nabídek
z **18.12.2025 na 6.1.2026 na 10:00 hod.**

S pozdravem

Ing. Denisa Lukášová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Dagmar Kovaříková, tel.: 532 232 783