

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Brno 17. října 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1ks Stolu vyšetřovacího s ergometrem** pro Interní kardiologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel – pro zátěžová echokardiologická vyšetření a pro ergometrické testy vleže (snímání ekg a TK)

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, PMDV, IKK
- Doba plnění : splnění dodávky do 5.12.2012 a je podmínkou zadavatele

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTK) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky s termínem splatnosti do 31.12.2012. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Poskytování dodatečných informací

- Případné dotazy k VZMR uchazeč umístí prostřednictvím systému pro zadávání veřejných zakázek.

9. Termín a způsob podání nabídky

do 24.10.2012 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů v Lůžkovém traktu ve 3. NP v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

- c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Vyšetřovací stůl s ergometrem II - Neotvírat**“

10. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Technická specifikace

Technická specifikace na stůl vyšetřovací s ergometrem pro IKK, PMDV

Ergometrické pracoviště s ergometrem včetně vyšetřovacího stolu pro zátěžová echokardiologická vyšetření a pro ergometrické testy vleže (snímání ekg a TK). Zařízení musí být dodáno kompletní, tj. včetně potřebného hardware a software.

Požadované vlastnosti:

- rozsah zátěže nastavitelný v rozsahu min. 10 až 900 W, nezávisle na otáčkách
- nastavení zátěže v krocích po 1, 5, 10 a 25 W
- min. rozsah otáček 30 až 120 / min.
- laterální náklon stolu
- nastavení náklonu stolu od 0° do min. 45°
- plynulé nastavení výšky sedla
- podpěra hlavy
- snímání a záznam 12-ti svodového EKG
- automatické měření krevního tlaku
- řídicí a ovládací PC s OS Win 7 CZ včetně příslušenství a 19" barevného LCD displeje
- síťového rozhraní LAN (WiFi, možnost připojení do NIS)
- SW v českém jazyce pro 12 svodové klidové a zátěžové EKG, TK a ergometrické testy (Rozměření EKG, ST analýza, QRS analýza a detekce, automatická nebo manuální volba E, J a post-J bodu, automatická detekce arytmií, možnost zobrazení a porovnání starých záznamů...).
- jednoduché uživatelské rozhraní umožňující tisk protokolů z vyšetření
- uživatelsky konfigurovatelné protokoly o vyšetření
- export dat ve formátu PDF, Microsoft Word, Excel, XML

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTk a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD v nabídce, 1x v listinné podobě při předání)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Zadavatel připouští toleranci +- 10% u číselných hodnot za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.