

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Brno 17. října 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1ks laseru pro fotodynamickou léčbu** pro Chirurgickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel – pro fotodynamickou léčbu neresekabilního choleangiocelulárního karcinomu, nádorů pankreatu a jater.

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, CHK, PMDV
- Doba plnění : splnění dodávky do 5.12.2012 a je podmínkou zadavatele

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době
- pravidelné servisní prohlídky (PBTk) předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky s termínem splatnosti do 31.12.2012.

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnížší nabídková cena.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 25.10.2012 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

- c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Laser pro fotodynamickou léčbu - Neotvírat**“

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Technická specifikace

Technická specifikace

Předmětem zakázky je diodový laser určený pro fotodynamickou léčbu neresekabilního choleangiocelulárního karcinomu, nádorů pankreatu a jater.

Požadavky na přístroj:

- diodový laser, vlnová délka 630 nm
- vedení paprsku prostřednictvím optického vlákna (konektor SMA 905)
- plynule regulovatelný kalibrovaný výstupní výkon minimálně do 2000 mW
- kalibrační kyveta/komůrka
- ovládání pomocí ručního a nožního ovladače
- umožňuje provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz)

Doplňující požadavky:

- 5 ks optických vláken s cylindrickým difuzérem 20mm, 30mm 2x a 40mm 2x
- ochranné brýle
- laser bude dodán kompletní včetně příslušenství a spotřebního materiálu nutného pro uvedení do provozu
- vhodná je možnost jednoduché změny (kontinuálně nebo výměnou diodového modulu) na jinou vlnovou délku – ideálně alespoň na 900nm

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas...)
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ
- označení přístroje „ CE “
- délka záruky min. 24 měsíců
- servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 odstavec 3 v platném znění)
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti
- 2 x návod v ČJ (možnost 1x tištěný při dodání a 1x na CD součást nabídky)
- roční náklady na spotřební materiál

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci + - 10%