

Dodatečné informace

Dotaz:

Standardní je, že součástí dodávky světel není instalace nových nebo úprava stávajících kotvících prvků operačního světla, instalace kabeláží a demontáž starých světel. Tyto prvky musí splňovat pevnostní bezpečnostní a rozměrové požadavky nutné pro instalaci nového operačního světla, dle zadání výrobce.

1: Domníváme se správně, že před zahájením instalace budou zadavatelem připravené kotvící prvky a kabeláž dle požadavků a výkresové dokumentace dodavatele?

Odpověď:

Při dodávce a montáží nového světla požadujeme i demontáž starého světla. Tato původní světla mají kotevní prvky, na které budete moci uchytit Vaše světla, ale k tomuto stávajícímu kotvení Vám nedodáme žádný statický posudek. Případně budete moci původní kotevní prvky demontovat a dodat a namontovat nové kotevní prvky splňující požadavky výrobce.

Ad 1) V rámci dodávky operačních světel bude uchazeč muset zajistit montáž nových kotevních prvků operačních světel (pokud nevyužije stávající kotvení) a též namontovat kabeláž z rozvodné skříňky na sále až ke světlu.

2: Dodá zadavatel před zahájením instalace garanci požadovaných vlastností kotvení písemně např. formou statického posudku kotvení?

Odpověď:

Ad 2) Zadavatel nedodá žádnou garanci požadovaných vlastností stávajícího kotvení. Uchazeč si bude muset nechat vypracovat statický posudek sám na vlastní náklady.