

V Brně dne 3. 2. 2026

Naše zn.: 2026/10660/FNBrno - 14.7 - IngVa/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Bronchoskopická věž

Vážení,

zadavatel obdržel dne 30. 1. 2026 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Bronchoskopická věž, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Dobrý den, posílám dotaz k uvedené vypsání veřejné zakázce. Zadavatel v technické specifikaci požaduje u LCD monitoru úhlopříčku minimálně 32". Bude zadavatel akceptovat úhlopříčku 31,5", pokud budou všechny ostatní požadované parametry plně splněny. Děkuji za odpověď XXX

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat LCD monitor s úhlopříčkou min. 31,5".

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel