

Naše zn.: 2026 / 13592 / FNBrno- 14.7 – IngVa/Du

Vaše zn.: -

V Brně dne 18. 2. 2026

Veřejná zakázka PŘÍSTROJE PRO OPERAČNÍ SÁLY KOSCH

Dobrý den,

I.

Zadavatel obdržel dne 6. 2. 2026 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v příloze č. 2a - Technická specifikace, u požadavku týkajícího se nástavce na K-dráty, rozměry pro průměr K-drátů 2,0-4,0 mm. Bude prosím zadavatel akceptovat nabídku dvou nástavců na K-dráty pro jednu sadu, jeden pro průměry drátů 2,0-3,2 mm a druhý 3,0-4,2 mm tak, aby byl pokryt celý požadovaný rozsah?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel mění požadavek rozsahu průměru K-drátu na rozsah **min. 0,8 mm - 3 mm**. Pokud některý výrobce neobsáhne celý požadovaný rozsah, může nabídnout i více nástavců, aby obsáhl minimální požadovaný rozsah za předpokladu splnění všech ostatních parametrů plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v příloze č. 2a - Technická specifikace, u požadavku týkajícího se nástavce frézovacího typu malý AO adaptér, rychlost min. 1300 ot./min. a také točící moment min. 3,8 Nm.

Dovolujeme si požádat o upřesnění, zda se, vzhledem k ostatním požadovaným nástavcům, jedná o nástavec malý AO, který se tímto způsobem často pojmenovává, pokud se jedná o nástavec vrtací a tomu by odpovídala i požadovaná vyšší rychlost při použití, a i nižší točící moment. Pokud by se mělo jednat, jak zadavatel píše, o nástavec frézovací, jedná se větší nástavec AO, hovorově nazýván „šestihran“ a u kterého se počítá spíše s parametry frézovacího nástavce, jako jsou např. uvedeny zadavatelem u nástavce frézovacího typu „Hudson/Zimmer“.

Dovolujeme si také požádat u upřesnění, zda zadavatel u tohoto nástavce požaduje rychlost min. 1300 ot./min., vzhledem k faktu, že u těla vrtačky i ostatních vrtacích nástavců požaduje rychlost min. 1200 ot./min.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel upřesňuje typ malého AO nástavce typu "šestihran" a zároveň bude akceptovat i snížení počtu otáček na 1200 ot./min. za podmínky splnění všech ostatních parametrů plynoucích z technické specifikace.

II.

Zadavatel obdržel dne 9. 2. 2026 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v rámci technické specifikace 1 sady "nabíječka baterií: min. 6 pozic, napájení 230V/50Hz, napájecí kabel: min 4m". Prosím o upřesnění, jedná-li se o 1ks "nabíječka baterií: min. 6 pozic, napájení 230V/50Hz, napájecí kabel: min 4m počet" ke každé 1 sadě, nebo zadavatel požaduje pouze 1 ks "nabíječka baterií: min. 6 pozic, napájení 230V/50Hz, napájecí kabel: min 4m počet" pro všech 6 sad?

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v rámci technické specifikace 1 sady a dále pak v rámci příslušenství dodávky (nad rámec výše popsaných sad) "nabíječku baterií: min. 6 pozic, napájení 230V/50Hz, napájecí kabel: min 4m". Výrobce námi nabízených vrtacích a pilových systémů nabízí 2 možnosti splnění uvedeného požadavku:

- a) Nabíječku baterií: 4 pozice a délka napájecího kabelu 4m a k tomu 2x samostatnou nabíječku pro jednu baterii s délkou nabíjecího kabelu 1,7m.*
- b) 6 ks nabíjecích stanic pro jednotlivé baterie s délkou nabíjecího kabelu 1,7m.*

Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme jednu z výše uvedených variant?

Společná Odpověď na dotaz č. 1 a č. 2:

Zadavatel požaduje sdílenou nabíječku/nabíječky se současným nabíjením min. 6 baterií současně, dle technické specifikace nabíječky. Pokud výrobce nedisponuje nabíječkou na min. 6 pozic dle specifikace, bude zadavatel akceptovat i navrhovanou variantu nabíječky baterií na 4 pozice s délkou napájecího kabelu 4 m a k tomu 2x samostatnou nabíječku pro 1 baterii s délkou napájecího kabelu 1,7 m za splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

III.

Zadavatel obdržel dne 11. 2. 2026 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje nastavec AO, ale není zřejmé, zda se jedná o AO reamer (na frezování) nebo AO small (rychlospojka na vrtáky)

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že požaduje nástavec AO jak na frézování, tak i AO small (rychlospojka na vrtáky) do každé pořizované sady, tzn., že 1 sada obsahuje oba typy AO nástavců, za splnění všech dalších podmínek vyplývajících z technické specifikace.

Na základě výše uvedené úpravy Přílohy č. 2a Zadávací dokumentace – Technická specifikace - dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel FN Brno

MUDr. Petr Benda, MHA, v z.