

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2015/ FNBRNO - 15.2.1– Va/Be
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. srpna 2015

Odpověď na dotazy k VZMR – Endoskopická věž pro ORL

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci u endonasálních optik uvádíte parametr úhel pohledu 25°. Akceptoval by zadavatel optiky s úhlem pohledu 30° při splnění ostatních technických podmínek? Z hlediska medicínského určení rozdíl 5° není nijak výrazný a s ohledem na to, že optiky s úhlem pohledu 25° vyrábí jen jedna společnost, byl by tento parametr brán jako diskvalifikační.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat optiku s úhlem 30°. Stran optiky je jedno jestli je úhel 25° nebo 30°.

Dotaz č. 2:

V seznamu instrumentária pro endonasální výkony uvádíte „fréza „shaver“, kompatibilní s pohonem Storz“. Jedná se o nůž, frézu pro zařízení Shaver od společnosti Storz? Zde neuvádíte další technická specifikata. Prosíme o upřesnění tohoto bodu.

Odpověď č. 2:

Stran frézy je její nejpoužívanější název „Shaver“, máme jeden k dispozici od firmy Storz, ostatní firmy mají funkčně i kvalitativně obdobné, ale nejsou navzájem kompatibilní. Přesněji tedy jde o Shaver s třemi různě zahřými nástavci, podmínka je jejich resterizovatelnost.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Barbora Beranová, tel.: 532 232 773

Naše zn.: 2015/FNBRNO - 15.2.1– Va/Be