

Naše zn: 2026/27284/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ho

V Brně dne 20. března 2026

VZMR – Termostat CO₂, E-ZAK sys. č. P26V00000102

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení Termostat CO₂, který má: nezávislou regulaci ohřevu dna pro udržení vysoké vlhkosti 95 % RH ± 5 %?

Odpověď č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat termostat s nezávislou regulací ohřevu dna

S pozdravem

Ing. Veronika Hofírková
obchodní oddělení FN Brno