

Naše zn.: 2026/28948/FNBrno - 15.2.1 – Lu/St
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. března 2026

VZMR – Neuromonitoring pro rekonstrukční chirurgii

Odpověď na vysvětlení dotazu

Specifikace: Maximální výstupní napětí min. 100 V

Otázka 1: *Bude zadavatel akceptovat zařízení se stimulačním napětím 10 V, pokud ostatní požadované funkční a klinické parametry zůstanou zachovány?*

Odpověď 1: Zadavatel bude akceptovat i zařízení se stimulačním napětím 10 V za předpokladu splnění všech ostatních funkčních a klinických parametrů.

Specifikace: Kontinuální měření impedance pro kontrolu požadovaného kontaktu s tkání

Otázka 2: *Bude zadavatel akceptovat i toto alternativní technické řešení, které odlišným způsobem zajišťuje stejný funkční a klinický výsledek.*

Odpověď 2: Zadavatel bude akceptovat a bonifikovat i variantu nabízenou účastníkem za předpokladu zaručení kontinuálního měření požadovaného kontaktu s tkání, dále za splnění všech ostatních funkčních a klinických parametrů.

S pozdravem

Bc. Renata Šťastná
Obchodní oddělení FN Brno