

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

**VÝZVA (včetně zadávací dokumentace)
K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ**

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Laparoskopická věž“

I.

PŘEDMĚT

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Laparoskopická věž“, je **dodávka 1 ks 3D laparoskopické věže** pro FN Brno.

Diagnostický a terapeutický účel:

Umožnění operativy nejnovější 3D technologií v oblasti endoskopických operačních oborů, které se podílí na chirurgické léčbě v oblasti dutiny břišní i hrudní, a též v rámci traumacentra.

Cílovou skupinou užívající 3D endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii zadavatel spatřuje v možnosti využití v rámci traumatologického centra, na sále urgentního příjmu i na centrálních operačních sálech pro všechny operační chirurgické obory. Laparoskopickou 3D věž bude možno využít se zobrazením jak 3D, tak i 2D, to umožní její využití u všech endoskopických výkonů. Možnost použití pro pacienty vyžadující jak akutní, tak i plánovanou operační léčbu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kód: 33162000-3 Přístroje a nástroje pro operační sály

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta dle § 43 zákona činí 90 dnů.

II.

KVALIFIKACE ZÁJEMCE

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona, které zájemce prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce již ve své nabídce, a to **předložením čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona**, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel příkládá jako přílohu č. 1 výzvy Vzorové čestné prohlášení, které může zájemce použít.

Zájemce, se kterým se bude uzavírat smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, viz seznam níže. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku **nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky** a musí být předloženy v českém jazyce.

- Zájemce předloží **čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče k prokázání splnění předpokladů, že:
 - dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, nebo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Je-li zájemcem právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- dle ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákona v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. d) zákona vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákona není v likvidaci;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. g) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. h) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- je/není zapsán v obchodním rejstříku/jiné evidenci;
- je oprávněn k podnikání pro předmět veřejné zakázky, disponuje živnostenským listem, výpisem z živnostenského rejstříku, koncesní listinou nebo licencí;
- dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku;
- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona provedl v posledních 3 letech obdobné¹ dodávky a disponuje osvědčeními objednatelů o řádném plnění 3 nejvýznamnějších z těchto dodávek v min hodnotě 850.000,-- Kč bez DPH každé z nich; tato osvědčení zahrnují cenu, dobu a místo dodávek a obsahují údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně, s uvedením objemu 3 nejvýznamnějších prací;
- dle ust. § 56 odst. 1 písmene f) zákona, tj. že k výrobku existuje doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Bez tohoto dokladu nelze zboží používat pro poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve

¹ Obdobnými dodávkami jsou myšleny dodávky zdravotnických přístrojů.

znění pozdějších předpisů, a dále § 56 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určitých profesních a technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona.

Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení zájemce z účasti v zadávacím řízení je, pokud by uchazeč:

- neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona a požadavku zadavatele
- poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé

III. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek či technologie, zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití.

Nabízené přístroje musí splňovat následující technické podmínky zadavatele:

Kamerová jednotka 3D/2D

- 3D/2D technologie, medicínský atest
- nativní Full HD rozlišení kamery 1920 x 1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9
- multioborové použití + min. 6 uživatelských módů
- 2x DVI-D video výstup, 2x HD-SDI, S-VHS, BNC
- přepínání mezi 2D a 3D režimem funkčním tlačítkem na předním panelu jednotky
- možnost napojení kamerové hlavy s integrovaným 3D laparoskopem s rigidním koncem s úhlem pohledu 0° a 30° i kamerové hlavy s oddělitelnou 3D stereoskopickou optikou
- integrované záznamové zařízení - 2D záznam fotografií a videa ve Full HD rozlišení na integrovaný pevný disk a USB výstup

- podsvícený displej kamery pro snadné ovládání na operačním sále ve tmě
- součástí dodávky bude min. 5 ks polarizačních brýlí

Kamerová hlava 1 (s integrovaným 3D laparoskopem)

- 3D/2D technologie, medicínský atest
- ovládací tlačítka na kamerové hlavě - možnost ovládání světelného zdroje, menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání (statické snímky i video), rotace pohledu laparoskopu o 180°
- možnost integrovaného 3D laparoskopu s rigidním distálním koncem s úhlem pohledu 0° nebo 30°
- součástí dodávky integrovaný 3D laparoskop s rigidním distálním koncem s úhlem pohledu 30°
- možnost uchycení k robotickému nebo pneumatickému rameni speciálním adaptérem
- systém sterilního nástavce a návleku kamerové hlavy včetně laparoskopu 3D bez nutnosti sterilizace, technologie kamerové hlavy musí umožnit opakované použití laparoskopu bez časové prodlevy, kterou by vyžadoval reprocesing
- součástí dodávky laparoskopu bude min. 25 ks sterilních nástavců/návleků

Kamerová hlava 2 (včetně kamerové jednotky)

- 2D technologie, medicínský atest
- nativní Full HD rozlišení kamery 1920 x 1080 pixelů (progressive scan), širokoúhlý formát 16:9
- technologie CMOS senzoru
- optický zoom 2x, digitální zoom 2,5x
- 2x DVI-D 1080p (50/60 Hz), 2x HD-SDI 1080i (50/60 Hz), S-Video NTSC
- 4 ovládací tlačítka na kamerové hlavě, min. 3 tlačítka je možné obsadit libovolnou funkcí (menu kamery, archivace, vyvážení bílé, ovládání světla)
- systém oddělitelné optiky

Endoskop (2D laparoskopická optika)

- HD optika
- úhel pohledu 30°, průměr 10 mm, délka min. 330 mm

Světlovodný kabel

- průměr 4,8 mm, délka min. 250 cm

Primární monitor

- min. 32" Full HD 3D monitor, medicínský atest
- vstupy – NTSC/PAL, RGB, BNC, DVI-D, HD-SDI, SD-SDI
- Full HD rozlišení 1920 × 1080 pixelů
- funkce přepínání teploty barvy
- funkce přepínání úrovně gama
- funkce přepínání poměru zobrazení a vstupního signálu
- funkce přepínání uživatelských nastavení (až 8 různých nastavení)
- funkce řízení napájení
- funkce externího dálkového ovládání
- stabilní upevnění na pevném držáku fixně spojeném s horní policí endoskopického vozíku

Sekundární monitor

- min. 17" Full HD 2D monitor, medicínský atest
- Full HD rozlišení 1920 × 1080 pixelů
- stabilní upevnění na pohyblivém rameni endoskopického vozíku, které je umístěno centrálně a umožňuje stejný rozsah polohy vlevo i vpravo od centrálního monitoru

Zdroj světla

- xenon min. 300 W, medicínský atest
- plynulá regulace intenzity světla
- zobrazení intenzity osvitů v [%] na displeji zdroje světla
- možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy
- přímé propojení s monitorem a kamerovou jednotkou pro optimální nastavení světelných podmínek

3D záznamové zařízení

- nahrávání videa a obrázků 2D a 3D Full HD 1080p
- plná podpora 3D Full HD 1080p (side by side, top bottom, line by line formát)
- vstupní rozlišení 1080i60, 1080p60
- podporuje vstupní rozlišení Ultra HD
- jednoduchý export pořízených záznamů na úložiště: interní hard drive, externí hard drive nebo externí flash USB
- velikost interního pevného disku min. 1000 GB Fusion Drive
- doba záznamu v 3D Full HD 1080p rozlišení min. 400 hodin
- barevný displej velikost min. 9,8"
- ovládání dotykovým displejem
- možnost ovládání pomocí externího pedálu
- video vstupy: 2x DVI/HDMI L+R, 2x HD-SDI L+R, 3D DVI/HDMI
- video výstupy: 1x DVI/HDMI, 1x Thunderbolt
- formáty nahraného videa H.264, MPEG4 1080p progresivně ve stejném rozlišení jako je vstupní formát 3D kamery
- formáty snímků JPG, TIFF, BMP ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát
- síťové připojení RJ45 10/100/1000 BASE-T Ethernet
- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 2 x externí USB 3.0 porty
- podpora medicínských tiskáren
- vodotěsný, umývatelný, dezinfikovatelný povrch
- zařízení umožňuje on-line přenos video signálu 2D a 3D 1080p nebo Ultra HD z operačního sálu do nemocniční sítě v plné kvalitě
- podporuje využití stávající infrastruktury
- ukládání na lokální úložiště a zároveň streamování do sítě
- připojení jednotek systému do nemocniční LAN sítě kdekoli, kde je možná konektivita
- video streamování na mobilní přístroje
- součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě

Insuflátor

- vestavěný předehřev plynu
- automatické vypouštění plynu při přetlaku
- intuitivní a jednoduché ovládání tlačítky na předním panelu přístroje

- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO₂
- předvolba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku 1-30 mm Hg
- údaj o spotřebě plynu
- informační řádek pro chybová hlášení
- volitelná rychlost průtoku
- maximální průtok min. 40 l/min
- součástí vysokotlaká hadice, insuflační hadice s předehřevem plynu a balení CO₂ filtrů min. 25 ks

Pumpa sání a oplachu

- kompaktní multifunkční jednotka pro odsávání a oplachování
- princip rolovací pumpy
- dotykový barevný displej pro intuitivní a jednoduché ovládání
- multioborové využití pro laparoskopii, arthroskopii, hysteroskopii a ureteroskopii- instalace jednotlivých módů pomocí softwarového klíče
- součástí dodávky softwarový klíč pro laparoskopii
- maximální výkon oplachu min. 3,5 l/min
- maximální výkon sání min. 4 l/min
- vakuová pumpa pracuje při podtlaku 700 mbar
- uzavřený systém hadic
- bezpečné a měřitelné odsávání a oplachování
- izolovanost sacího a odsávacího kanálu
- arthroskopický mód umožňuje WASH funkci
- ruční ovládání, možnost ovládání nožním spínačem a dálkovým ovladačem
- možnost resterilizovatelného (při 134°) i jednorázového příslušenství
- součástí hadicový set pro proplach resterilizovatelný, vakuová hadice, odsávací hadice délky min. 3 m, resterilizovatelná

Endoskopický vozík

- vozík pro medicínské využití
- centrální vypínač s ochranou proti přepětí
- antistatická úprava
- 4 pojízdná kolečka, 2 z nich s brzdou
- pevný stojan pro uchycení primárního monitoru
- centrální pohyblivé rameno pro uchycení sekundárního monitoru
- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky
- držák pro převoz robotického ramene, kamerové hlavy s integrovaným laparoskopem, CO₂ lahve, manipulační madlo

Elektrokoagulace

- 2 monopolární výstupy
- 2 bipolární výstupy
- pro všechny chirurgické obory včetně TUR a artroskopie
- nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
- dynamická regulace výkonu
- možnost nastavení výkonu po 0,1 W
- nastavitelná max. doba koagulace

- velkoplošný barevný displej
- přednastavené programy, možnost dalších individuálně nastavitelných programů
- stálý monitoring kontaktu neutrální elektrody
- monitoring úniku proudu jinou cestou než přes neutrální elektrodu
- ovládání pedálem, rukou, automatika pro bipolár
- plynulá regulace výkonu dle sešlápnutí pedálu
- průběžný „self“ test
- vnitřní paměť, možnost připojení na tiskárnu nebo PC a archivace koagulace při konkrétní operaci
- automatické rozpoznávání nástrojů
- možnost upgrade jednotky na modernější typ připojením na PC a změnou softwaru
- výkon pro monopolár min. 300 W a 100 W pro bipolár
- příslušenství pro opakované použití, autoklávovatelné
- autoklávovatelné kabely, autoklávovatelné bipolární nůžky
- duální neutrální elektroda pro opakované použití
- součástí dodávky samostatný pojízdný vozík pro elektrokoagulaci, nožní pedál, kabel neutrální elektrody vč. min. 25 ks jednorázových neutrálních elektrod, monopolární a bipolární kabel

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba a místo plnění je stanoveno ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.

V.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.

VI.

JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

- čestné prohlášení či jiný doklad prokazující, že uchazeč má splněnu ohlašovací povinnost dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání výrobku (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním výrobku zadavateli)
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platné znění (na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf),
- návod k použití v českém jazyce (zadavatel preferuje na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf),
- uživatelský manuál v českém, příp. anglickém jazyce, pokud výrobce nepochází z České republiky (na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf),
- kompletní servisní manuál (zadavatel preferuje na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf).

Zadavatel doporučuje uchazečům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli uchazeče, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době,
- seznam možného příslušenství poskytovaného uchazečem včetně aktuálních cen,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
- vyčíslení ročních nákladů na spotřební materiál, nákladů na jedno vyšetření,
- ceník náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných náhradních dílů, preventive maintenance kitů apod.) po dobu životnosti (uvedte výrobcem stanovenou životnost) přístroje; příp. po dobu 10 let (není-li životnost přístroje výrobcem stanovena) – cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, náhradní díly s omezenou životností, preventive maintenance/service maintenance kity.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem,
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem,
- oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,
- uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

VII.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována jako **celková nabídková cena přístroje** v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace nebo jiných vstupních měření, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby.

VIII. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen **doručit zadavateli** v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a to **nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům **prostřednictvím svého profilu** (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Petra Lompejová, právník Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno.

IX. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a jedné kopii v datové formě (na CD ve formátu *.doc, *.pdf, nebo jiném, **smlouva včetně příloh ve formátu *.doc**), obě bude vloženo do obálky označené slovy „**Veřejná zakázka – Laparoskopická věž - VLASTNÍ NABÍDKA**“.

NABÍDKA bude rovněž zpracována v jednom vyhotovení na CD.

Struktura „**NABÍDKY**“:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek
 - Krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
 - Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II této výzvy
 - Návrh kupní smlouvy (plně vycházející ze vzorové smlouvy se zpracovanými údaji dle požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče
- Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).**
- Doklady dle bodu VI. této dokumentace
 - Cenová nabídka dle bodu VII. této dokumentace
 - Elektronický nosič (CD/DVD, ...) obsahující:
 - Prohlášení o shodě
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výrobce přístroje mimo ČR)

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh kupní smlouvy nebo cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!!

NABÍDKA bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTICÍCH KRITÉRIÍ

Hodnoticím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

XIII. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 24. 9. 2015 9:00 hodin

Místo:

- poštou doporučeně na adresu: Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
- osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Otevírání obálek:

- Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24. 9. 2015 v 9:00 hod. v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
- Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocnění k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.
- Komise, která otevírá obálky, kontroluje, zda a) je nabídka zpracována v českém jazyce a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.

V Brně dne 8. 9. 2015

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy

Příloha č. 1 - Vzorové čestné prohlášení
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Mgr. Petra Lompejová, právník OPV, tel: 532 233 743, e-mail: Lompejova.Petra@fnbrno.cz