

## **Dodatečné informace**

### **Dotaz 1:**

*V zadávacím výkazu výměr D2.01-S Soupis prací-TECH schází kolonky pro vyplnění jednotkové a celkové ceny.*

**Žádáme zadavatele o zaslání aktualizovaného výkazu výměr, který bude obsahovat výše uvedené.**

### **Odpověď:**

**Zadavatel zveřejnil opravenou část výkazu výměr v příloze k dodatečným informacím.**

### **Dotaz 2:**

*V zadávacím výkazu výměr D2.01-S Soupis prací-TECH jsou u některých položek poznámky – **SOUČÁSTÍ MR.***

**Chápe zhotovitel správně, že tyto položky nejsou součástí výběrového řízení a má je tedy ponechat neoceněny?**

### **Odpověď:**

**Pokud je v seznamu uvedeno, že je zařízení součástí MR, tak je součástí dodávky přístroje MR a uchazeč je neoceňuje – chápe tedy dobře.**