

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2015/123617/FNBRNO – 15.2.1-Va/Šk
Vaše zn.: -

V Brně 12. října 2015

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **zdravotní techniky** pro Klinikum anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno, Jihlavská 20, Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 23 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou část, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí.

Zadavatel požaduje, aby zájemce, který podává nabídku, využil vzorový text kupní smlouvy k předložení návrhu kupní smlouvy vlastnoručně podepsaného osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

- Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.
- Odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání.

- V případě zdravotnického prostředku: registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., §26 a §28 v platném znění), v *přechodném období (§97 a §98) dle zákona č. 123/2000 Sb., §31 v platném znění*.
- Označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu).
- Délka záruky min. 24 měsíců.

Součástí nabídky **musí být**, v českém jazyce:

- **prohlášení o shodě** dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (*EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC*) dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce,
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek,
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby,
- cena náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb včetně opakovaně měněných ND, PM kitů apod. po dobu životnosti (uvést výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, ND s omezenou životností, PM (preventive maintenance)/SM (service maintenance) kity...) nebo za dobu 10 let (ne-li životnost přístroje výrobcem stanovena).

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit v rámci nabídky následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje,
- roční náklady na spotřební materiál.

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozárучních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství apod.

Součástí **dodávky** zboží bude:

- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma,
- **1x uživatelský manuál v papírové podobě v ČJ**,
- elektronický nosič (CD/DVD, ...) obsahující:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)

Navíc pro položky 3, 4, 6 a 7 bude součástí dodávky:

- bezplatné zaškolení min. dvou techniků OZT k provádění odborné údržby dle § 65 zák. 268/2014 Sb., nebo k provádění servisu dle § 66 zák. 268/2014 Sb. Technikům bude vystaven

certifikát k provádění odborné údržby nebo k provádění servisu a ke školení dalších techniků FN Brno,

- 1x kompletní servisní manuál (možnost na CD/DVD/USB).

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celkové nabídkové ceny pro každou část zakázky budou vyčísleny včetně DPH, bez DPH a sazba DPH s vyčíslením DPH zvlášť. Nabídková cena je konečná a úplná, zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním a instalací včetně dopravy.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH, a to pro každou část zvlášť.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 10:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Nízkoprahový urgentní příjem – zdravotnická technika – část(i) č. ... – Neotevírat**“, kde uchazeč doplní čísla části nebo částí, do nichž podává nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy, **pro každou část zvlášť**,
- doklady dle 3. bodu této výzvy, pro každou část zvlášť,
- cenovou nabídku dle 4. bodu této výzvy, pro každou část zvlášť.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat vyplněný návrh vzorové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako posled-

ní list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 22. 10. 2015 do 10:00 hod.

Nabídka může být doručena:

- poštou doporučeně na adresu

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese, pavilon P, přízemí, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, dveře č. 1062, v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 hodin.

9. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení nebo jeho část v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

10. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor kupní smlouvy

Vyřizuje: Daniel Škoda, tel. 5 3223 2814

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Část 1: EKG včetně vozíku, 2 ks

Medicínský účel: snímání elektrické srdeční aktivity u pacientů

Mikroprocesorem řízený 12kanálový EKG přístroj. Provoz na síť i baterii. Simultánní záznam všech EKG signálů. Dotykový TFT displej zobrazující min. 6 stop EKG. Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Technická specifikace:

- min. 8" barevná dotyková obrazovka s rozlišením min. 640x480 bodů
- zápis minimálně šesti stop současně na papír šíře min. 210 mm
- rychlost zápisu 5 - 25 - 50 mm/s
- paměť pro min. 100 EKG záznamů (10 sec)
- analýza EKG záznamu a slovní interpretace
- provoz: manuál / auto
- přímé propojení EKG přístroje a laserové tiskárny
- automatická kompenzace „baseline“
- vstupní zesilovač: $f_{\min} \leq 0.05 \text{ Hz}$ $f_{\max} \geq 150 \text{ Hz}$
 - citlivost: 5 / 10 / 20 mm/mV
 - vzorkovací frekvence: min. 2000 Hz
- uživatelsky definovatelné profily
- odolnost proti defibrilačnímu výboji
- detekce kardiostimulátoru
- kontrola kontaktu elektrod
- USB konektor

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1 v platném znění
- napájení 230V / 50 Hz + vestavěný akumulátor
- vozík pod přístroj včetně držáku patientského kabelu

Část 2: Oxymetr, 5 ks

Medicínský účel: měření hladiny saturace kyslíku (SpO₂) a tepové frekvence (PR) u dospělých pacientů, dětí i novorozenců

Přístroje musí být dodány kompletní, včetně snímače a eventuálně spotřebního materiálu.

Technická specifikace:

- zobrazení pletysmografické křivky, SpO₂ a pulzu na LCD podsvíceném displeji
- indikace perfuze a síly pulsního signálu

- SpO₂ v rozsahu 0 – 100 %
- pulz v rozsahu 25 – 300 BPM
- zobrazení času a identifikace pacienta
- paměť min. 25 měření (event. 100 hod.)
- automatické vypínání, indikátor nízkého napětí
- nastavitelné hodnoty pro zvukové a vizuální alarmy
- grafické a tabelární trendy saturace a pulsní frekvence
- kompatibilní se snímači Nellcor a BCI
- provoz na akumulátor min. 4 hod.
- možnost připojení a digitálního přenosu dat do PC nebo tiskárnu

Příslušenství:

- Nabíjecí jednotka akumulátoru

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1 v platném znění
- napájení: akumulátor (+ nabíječka aku 230V / 50 Hz)

Část 3: Defibrilátor transportní, 2 ks

Medicínský účel: defibrilace pacientů

Bifázický přenosný defibrilátor/monitor s „inteligencí“ AED s velkým displejem (min. 5“) a zapisovačem, pracující jak v automatickém, tak v manuálním režimu.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu, potřebného k prvnímu uvedení do provozu (snímače, propojovací kabely, kabel pro nalepovací elektrody, elektrody atd.)

Požadujeme kompatibilitu s přístrojem Lifepak 20 – dovybavení pracoviště.

Technická specifikace:

- pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 360 J
- doba nabíjení na energii 360 J maximálně 10 s
- v manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 20 krocích v synchronním i asynchronním režimu
- standardní odpojitelné defibrilační elektrody pro dospělé a děti
- snímání ekg z 3 nebo 5 žilového kabelu
- měření SpO₂ technologií Masimo
- interní zapisovač
- zevní kardiostimulátor pracující v synchronním i asynchronním režimu
- uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační proud
- maximální stimulační proud min. 200 mA
- zaznamenání historie zásahů do paměti a jejich zpětné vyvolání a tisk na interní tiskárně
- velký přehledný displej zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové hodnoty
- automatický test přístroje
- baterie pro min. 140 výbojů na 360 J při plném nabití
- přístroj musí mít podporu používání jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod
- uveďte možnost dalšího rozšíření (např. EtCO₂, NIBP a pod.)

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle ČSN EN 60601-1 v platném znění
- napájení 230V / 50 Hz + aku

Část 4: Odsávačka elektrická, mobilní, 2 ks

Medicínský účel: odsávání pacientů

Technická specifikace:

- rychlost sání 32 l/min
- podtlak min. 82 kPa
- ochrana proti přeplnění lahví
- světelná signalizace chodu
- bezpečnostní podtlakový regulátor
- vozík s brzdou, odkládací koš
- eurolišty pro upevnění odsávacích lahví
- 2-3 l lahev k odsávacím vakům včetně víček, k upevnění na eurolištu
- odsávací vaky vč. filtru – min. 10 ks
- PVC odsávací okruh se stop ventilem

Část 5: Odsávačka proudová, 4 ks

Medicínský účel: odsávání pacientů

Technická specifikace:

Odsávací systém tekutin pro připojení na centrální rozvod vakua, složený:

- podtlakový regulátor se stop ventilem a manometrem
 - připojený na centrální rozvod vakua pomocí rychlospojky
 - vývod – připojení na hadici
- odsávací lahev z polykarbonátu včetně držáku pro upevnění na eurolištu
 - velikost min. 1 l
 - použití pro odsávací vaky s víčkem
- propojovací hadice s konektory, spojkami a stop ventilem

Část 6: Pumpa infuzní, 4 ks

Medicínský účel: kontinuální aplikace léků

Technická specifikace:

- rychlost dávkování nastavitelná min. 0,1–1000 ml/h
- přesnost podání infuze max. ± 5 %
- hmotnost max. 2,3 kg
- menu v ČJ
- integrované držadlo na přenášení jednotlivých přístrojů
- jednoduché uchycení na infuzní stojan, eurolištu nebo do dokovací stanice

- intuitivní ovládání
- nastavitelný KVO režim
- nastavení úrovně okluzního tlaku
- antibolusový systém při okluzi
- podání bolusu
- velký a dobře čitelný LCD display se zobrazením všech důležitých informací (indikátor tlaku, stav baterie)
- alarmy optické i akustické – konec infuze, stav baterie, okluze, detekce vzduchových bublin, interní závada – technická porucha
- pauza 1–24 hodin
- možnost blokace tlačítek
- zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy
- knihovna léků s možností modifikace obsahu
- detekce náhlého poklesu tlaku např. při nechtěném vytržení kanyly z pacienta
- kapkový detektor s možností inaktivace
- použití různých infuzních setů DEHP-free zaručujících přesnost podání
- připojení do dokovací stanice Link⁺ Agilia

Část 7: Dávkovač lineární, 2 ks

Medicínský účel: intravenózní aplikace léků pacientům

Technická specifikace:

- přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml od různých výrobců
- knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček, možnost použití stříkaček B. Braun Omnifix
- indikace nastaveného či detekovaného typu injekční stříkačky na displeji
- přesnost dávkování $\pm 3\%$
- rychlost dávkování nastavitelná podle použité stříkačky minimálně 0,1–1000 ml/hod
- podání bolusu
- velký a dobře čitelný LCD display se zobrazením všech důležitých informací (indikátor tlaku, stav baterie)
- alarmy optické i akustické – konec infuze, stav baterie, okluze, interní závada – technická porucha
- provoz na síťové napětí i záložní baterii (min. 2 hodiny)
- hmotnost max. 2,3 kg
- menu v ČJ
- integrované držadlo na přenášení jednotlivých přístrojů
- jednoduché uchycení na infuzní stojan, eurolištu nebo dokovací stanice
- intuitivní ovládání
- vstup/výstup RS232
- nastavitelný KVO režim
- nastavení úrovně okluzního tlaku
- antibolusový systém při okluzi

- pauza 1- 24 hodin
- možnost blokace tlačítek
- knihovna léků s možností modifikace obsahu
- detekce náhlého poklesu tlaku např. při nechtěném vytržení kanyly z pacienta
- ochrana injekční stříkačky před pádem a následném nechtěném podání léčiva pacientovi
- připojení do dokovací stanice Link⁺ Agilia

Část 8: Laryngoskop, 1 set

Medicínský účel: bezpečné intubační zajištění dýchacích cest

Technická specifikace:

- autoklávovatelná kovová rukojeť střední velikosti s vroubkovaným povrchem včetně akumulátoru
- vysoce svítivý LED světelný zdroj umístěný v rukojeti laryngoskopu
- 3 ks laryngoskopická lžice
 - o s vláknovou optikou a zakřivením typ McIntosh
 - o celokovová lžice s matovou povrchovou úpravou
 - o autoklávovatelné
 - o velikosti 2, 3, 4
- nabíječka akumulátorů
 - o kompatibilní s rukojeťmi a akumulátory používanými na pracovišti (KaWe) – dovybavení pracoviště.
 - o pro nabíjení min. 2 akumulátorů současně

Část 9: Vak resuscitační, 3 ks

Medicínský účel: ventilace pacientů při resuscitaci

Technická specifikace:

- možnost ventilace jednou osobou
- adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou s možností napojení na přívod kyslíku
- autoklávovatelný materiál
- součást resuscitačního vybavení:
 - patientský ventil
 - otočný konektor
 - silikonová transparentní maska ve 3 velikostech

Část 10: Nebulizátor, 1 ks

Medicínský účel: aplikace léků inhalací

Technická specifikace:

- ultrazvukový nebulizátor
- nastavitelná velikost generovaných částic v rozmezí 0,5 – 8 µm
- nastavitelná rychlost nebulizace v rozmezí 0 – 0,7 ml/min

- kapacita léčiva min. 8 ml
- ochranný obal pro transport (taška, kufr, apod.)
- hmotnost max. 500 g
- napájecí zdroj
- veškeré příslušenství nezbytné pro použití přístroje (např. maska, náustek, nosní brýle, atd.)

Část 11: Fonendoskop, 12 ks

Medicínský účel: poslech pacientů

Technická specifikace:

- profesionální fonendoskop s dvojitou hrudní koncovkou z kvalitní nerez oceli
- zajištění kvalitního poslechu nízkých i vysokých frekvencí

Část 12: Tonometr digitální, 4 ks

Medicínský účel: měření krevního tlaku pacientů

Technická specifikace:

- Automatický přístroj na měření krevního tlaku
- Měření oscilometrickou metodou.
- Přehledný LCD displej
- Rozsah měření: minimálně 0 až 299 mmHg
- Tolerance měření: ± 3 mmHg
- Měření pulzu minimálně od 30 do 200 tepů/min
- Manžeta pro měření dospělých a obézních pacientů
- Interní i externí napájení
- Vhodný pro klinickou praxi
- Klasifikace dle evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC

Část 13: Tonometr analogový, 2 ks

Medicínský účel: měření krevního tlaku pacientů

Technická specifikace:

- Provedení: aneroidní (hodinkové)
- Klasické měření poslechovou (Korotkovovou) metodou
- Vyhodnocovací manometr minimální průměr 60 mm
- Rozsah měření: minimálně 0 až 300 mmHg
- Tolerance měření: ± 3 mmHg
- Dělení stupnice: 2 mmHg
- Manžeta pro měření dospělých a obézních pacientů
- Fonendoskop
- Vhodný pro klinickou praxi
- Klasifikace dle evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC

Část 14: Stůl zákrový, 1 ks

Medicínský účel: stůl pro zákroky

Technická specifikace:

- pojízdný zákrový stůl
- čtyřdílná pracovní plocha min. 60 x 190 cm, rozdělená na nohy, sedák, záda a hlavový díl
- pracovní plocha RTG transparentní
- výška stolu, sklon zádové dílu a Trendelenburg nastavitelné elektropohony
- nastavení výšky sedáku v rozsahu minimálně 600 – 900 mm
- ovládání elektropohonů ručním ovladačem
- hlavový díl a nožní díl nastavitelný manuálně plynovými pružinami
- maximální hmotnost pacienta minimálně 150 kg
- pracovní polohy od polohy vsedě až do polohy vleže
- opěrky rukou pacienta, odnímatelné
- fixační popruhy na ruce a nohy
- pojezdová kolečka s brzdou, Ø min. 75 mm
- eurolišty na sedáku a zádové části
- bezešvá koženka, omyvatelná, odolná dezinfekčním prostředkům, výběr barvy dle vzorníku

Část 15: Lehátko vyšetřovací 2dílné, 9 ks

Medicínský účel: lehátko pro vyšetření pacientů

Technická specifikace:

- dvoudílná ložná plocha rozměr min. 65 x 195 cm
- hlavový díl nastavitelný pomocí plynových vzpěr
- ústní otvor s krytem
- ložná plocha nastavitelná elektromotorem, výška zdvihu min. 48 - 95 cm
- ruční ovladač
- pojezdová kolečka s centrální brzdou, Ø min. 125 mm
- držák papírové role
- bezešvá koženka, omyvatelná, odolná dezinfekčním prostředkům, výběr barvy dle vzorníku

Část 16: Lehátko transportní – stretcher, 7 ks

Medicínský účel: transport pacientů

Technická specifikace:

- rozměry ložné plochy transportního lehátka minimálně 190 x 65 cm 6 ks
- rozměry ložné plochy transportního lehátka minimálně 200 x 75 cm 1 ks
- dvoudílná ložná plocha, RTG transparentní po celé délce, možnost vyšetření C ramenem
- držák rentgenové kazety posunovatelný po celé délce ložné plochy s možností jeho vysunutí na obě strany bez nutnosti zdvihu zádového dílu
- nastavení výšky – hydraulické, v rozmezí min. 58,0 – 90,0 cm, ovladače na obou stranách
- polohování zádového dílu pomocí plynových pružin v rozsahu min. 0 - 70°
- trendelenburg a antitrendelenburg, nastavení min. 12°/12°
- pojezdová kolečka Ø 200 mm s centrální brzdou a ovládáním ze všech čtyř stran
- páte směrové kolečko pro snadnou manipulaci při jízdě

- jednoduché postranice, sklopné pod úroveň matrace
- výška postranic (nad ložnou plochou) minimálně 40 cm
- ochranná kolečka v rozích a ochranné nárazové lišty po celém obvodu
- výsuvné řídicí madlo v hlavové i nožní části
- nosnost min 230 kg
- kryt podvozku sloužící jako odkládací plocha
- úchyty pro infuzní stojan ve všech rozích
- úchyty pro fixační pásy
- matrace min. výška 6 cm s antistatickým potahem, voděodolným povrchem, omyvatelný a pratelný. Součástí matrace bude speciální podložka pro snadný přesun pacienta

Příslušenství pro transportní lehátko:

- infuzní stojan – teleskopický, sklopný
- sklopná polička na přístroje
- fixační popruh
- držák papírové role
- držák kyslíkové lahve
- držáky na drenážní sáčky

Část 17: Vozík nemocniční 2podlažní, 13 ks

Medicínský účel: převoz materiálu

Technická specifikace:

- povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- hygienicky udržovatelný
- lisovaná plata se zaoblenými rohy
- 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 brzděná
- madla pro snadnou obsluhu
- nerezové provedení

Část 18: Vozík převazový, 2 ks

Medicínský účel: převoz materiálu pro převaz pacientů

Technická specifikace:

- vozík z vysoce mechanicky i chemicky odolného materiálu
- povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- odolný proti nárazu a poškrábání
- hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům, stabilní
- hladká horní deska stolku s prolisem
- alespoň 2x zásuvka (se zamezením samootevření zásuvek při pohybu vozíku)
- možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce
- horní část s dvouřadou galerkou s výklopnými plastovými boxy
- pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o průměru alespoň 75 mm, z toho min. 2 brzděná
- antistatické provedení

- box na použitý materiál a po straně vozíku odpadkový koš s víkem

Část 19: Stolek instrumentační výškově stavitelný, 1 ks

Medicínský účel: převoz nástrojů

Technická specifikace:

- povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- hygienicky udržovatelný
- stabilní
- hladká deska stolku s prolisem
- hydraulicky nastavitelná výška pomocí nožního pedálu
- min. zatížení 30 kg
- 4 kolečka o průměru min. 100 mm, z toho 2 brzděná
- antistatické provedení

Část 20: Vozík resuscitační, 1 ks

Medicínský účel: převoz materiálu a techniky pro resuscitaci pacientů

Technická specifikace:

- nosná kostra se základním vybavením
- 3x zásuvka
- drátěný košík
- držák infuzí
- držák defibrilátoru/monitoru s nosností min. 10 kg
- resuscitační podložka
- zámek, pojízdný
- hygienicky udržovatelný
- materiál omyvatelný
- odolný desinfekčním prostředkům

Část 21: Stojan infuzní, 1 ks

Medicínský účel: pojízdný stojan na infuzní nádoby

Technická specifikace:

- povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- teleskopická tyč
- pojízdný podstavec
- košík na infuze
- kolečka o průměru min 50 mm z toho min. 2 brzděná
- antistatické provedení

Část 22: Aseptické umyvadlo vč. pojízdného stojanu, 1 ks

Medicínský účel: pojízdné umyvadlo pro urgentní příjem

Technická specifikace:

- povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- pojízdný stojan – osazen pěti kolečky z toho min 2. brzděná
- včetně aseptického umyvadla
- nerez

Část 23: Váha osobní včetně výškoměru, 4 ks

Medicínský účel: vážení pacientů

Technická specifikace:

- Určení pro vážení a měření osob v nemocnicích a ordinacích
- Váha musí být úředně ověřena ČMI, AMS nebo prvotně od výrobce vše v roce 2015 (doloženo ověřovací značkou - ČMI, AMS nebo náležité označení na výrobním štítku + písemné potvrzení – o prvotním ověření výrobcem)
- Protiskluzová úprava vážící plochy
- Váživost: minimálně do 200 kg
- Ověřovací dílek: maximálně 0,1 kg
- Rozsah měření výškoměru: minimálně do 2 m
- Dělení: maximálně 0,005 m
- Umístění: na podlahu
- Napájení váhy: externí i interní (v provedení elektronickém)