

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2015/128658/FNBRNO – 15.2.1 – Va/Šk
Vaše zn.: -

V Brně dne 16. října 2015

Odpověď na dotaz k VZMR „Nízkoprahový urgentní příjem – zdravotnická technika“

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky požaduje v části 6 a 7 hmotnost max. 2,3 kg. Připustí zadavatel překročení hmotnosti na 2,7 kg, přestože je tato hodnota mimo rámec možné odchylky 10 %?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku a nepřipouští řešení navrhované uchazečem.

Dotaz č. 2:

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky požaduje v části 6 připojení do dokovací stanice Link Agilia. Do této stanice lze připojit pouze infuzní pumpu Agilia od společnosti Fresenius Kabi s.r.o. – je to tedy podmínka, na jejímž základě se do části č. 6 může přihlásit pouze 1 uchazeč, a to firma Fresenius Kabi. Lze tuto podmínku vyloučit?

Odpověď č. 2:

Zadavatel má na urgentním příjmu infuzní techniku vloženou do zmíněných dokovacích stanic a požaduje, aby i nové přístroje byly s těmito stanicemi kompatibilní, bylo možné je vložit do uvedených stanic a v těchto stanicích napájet.

Dotaz č. 3:

Je možné alespoň orientačně vymezit očekávanou předpokládanou hodnotu pro jednotlivé části veřejné zakázky?

Odpověď č. 3:

Zadavatel se standardně u zakázek malého rozsahu předpokládanou hodnotu neuvádí..

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Daniel Škoda, tel.: 532 232 814