

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2015/130120/FNBRNO – 15.2.1 – Va/Šk
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. října 2015

Odpověď na dotaz k VZMR „Nízkoprahový urgentní příjem – zdravotnická technika“

Dotaz č. 1:

*Zadavatel požaduje pro část 1- EKG
automatická kompenzace „baseline“*

*vstupní zesilovač: $f_{min} \leq 0.05 \text{ Hz}$ $f_{max} \geq 150 \text{ Hz}$ - citlivost: 5 / 10 / 20 mm/mV - vzorkovací frekvence:
min. 2000 Hz*

Prosím o informaci, co znamená pojem baseline.

Vzorkovací frekvence našeho přístroje je 1000Hz, bude zadavatel akceptovat tuto hodnotu?

Prosím o upřesnění, jaké veličiny se frekvence týká.

Odpověď č. 1:

- a) Baseline – rozumí se základní úroveň křivky (stopy) při vstupním signálu 0 mV, bývá nejčastěji na středu vyhrazeného místa pro křivku.
- b) Trváme na vzorkovací frekvenci min. 2000Hz.

Dotaz č. 2:

*Zadavatel požaduje pro část 4 – Odsávačka mobilní
eurolištu pro upevnění odsávacích láhví a upevnění láhví na tuto lištu*

Může zadavatel akceptovat držák na odsávačce, do kterého se tyto láhve vsadí ? Manipulace s láhvemi je rychlá a bezpečná.

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na svém požadavku na upevnění odsávacích lahví na eurolištu a nebude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Daniel Škoda, tel.: 532 232 814