

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2015/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. listopadu 2015

Odpověď na dotazy k VZMR – Tlakový injektor

Dotaz č. 1:

Dodatečné informace se týkají přílohy č. 1 Technická specifikace

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 1 Technické specifikace – požadované vlastnosti:

- **variabilní průtok v rozsahu min. 1-40 ml/sec při rozsahu tlaku 200-1200 psi**

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat nabídku tlakového injektoru renomovaného evropského výrobce, který má při rozsahu tlaku 100-1200 psi variabilní průtok v rozsahu 0,1-30 ml/sec v krocích po 0,1 ml/sec, což je dle našich zjištění a zkušeností běžný parametr rovněž pro další výrobce tlakových injektorů obdobných výkonových parametrů.

Všechny ostatní zadavatelem požadované technické parametry námi nabízený přístroj splňuje nebo překračuje a výše uvedené zadavatelem požadované technické parametry se nám jeví jako diskriminující pro některé význačné výrobce tlakových injektorů.

Žádáme tudíž zadavatele o zvážení výše uvedených argumentů a dotazů uchazeče a o vyjádření k nim.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na původním požadavku průtoku v rozsahu min. 1-40 ml/sec (povolená tolerance $\pm 10\%$).

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci, respektive v Technické specifikaci zadavatel požaduje parametry přístroje, které je schopen splnit jediný výrobce na trhu a jsou tedy zcela diskriminační pro jiné výrobce nabízející přístroj pro identický medicínský účel.

Bude zadavatel akceptovat nabídku systému, který splní všechny níže uvedené požadavky s minimálními uvedenými odchylkami?

Injektor kontrastní látky minimalizující rizika spojená s aplikací kontrastní látky stříkačkou

- kontrolované a bezpečné dávkování kontrastní látky během intervenčního výkonu bez rizika vzduchové embolizace a bez rizika zkřížené kontaminace
- přísně sterilní aplikace předem určeného množství kontrastní látky
- manuální i automatické aplikace v objemu 1 – 100 ml
- variabilní průtok v rozsahu min. 1-40 ml/sec při rozsahu tlaku 300 – 1200 psi

Naše zn.: 2015//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

- možnost presetů a monitorování podaných objemů
- kompatibilita s angiografickou jednotkou ARTIS ZEE FLOOR firmy Siemens

Umístění: na pojízdném stojanu u katetrizačního stolu s možností fixace na vyšetřovací stůl

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabídky, které splní požadované technické parametry s minimálními odchylkami v povolené toleranci ($\pm 10\%$).

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2015//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.