

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. ledna 2016

Odpověď na dotazy k VZMR II – Elektrokoagulační přístroj

Dotaz č. 1:

Nerozumíme odpovědi na dotaz č. 5 a 6, a to: „Použití bezdrátového ovládacího pedálu s bezúdržbovou technologií zvyšuje komfort na pracovišti během výkonu a zároveň snižuje potřebné servisní náklady. Majoritní podíl oprav u ovládacích pedálů se týká oprav kabelů. Zadavatel nebude akceptovat nabídku a trvá na svém původním požadavku.“ - zejména pasáží o snižování potřebných servisních nákladů.

Pokud se nemýlíme, kromě přijímače, který lze samozřejmě napájet ze zdroje generátoru, potřebuje pedál – vysílač - nutně baterie, které se musí dobíjet nebo měnit!

Všechny problémy s podobnými systémy mají právě největší slabinu v sekundární nutnosti zabezpečit nabíjení baterií a čistotu vysílače i přijímače, nemluvě o spolehlivosti a pořizovací hodnotě.

V odpovědi je zdůvodnění mylné a zbytečně omezuje přístup jiných, ve vaší nemocnici úspěšně léta používaných přístrojů a naopak protěžuje značky, které mohou být zajímavé pouze bezdrátovým pedálovým ovládáním.

Dotaz: *Trváte nadále na nutnosti bezdrátového ovládání pedálem?*

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo