

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. února 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Přístroje pro ORL

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci není požadavek na centrální přívod vody. Je požadován pouze centrální odvod vody. Jelikož běžná praxe je kompletní připojení na centrální řad a i staré přístroje jsou ve Vaší nemocnici řešeny tímto způsobem, žádám o dodatečnou informaci, zda je požadován i centrální přívod vody.

Odpověď č. 1:

Nemocnice požaduje připojení obou vyšetřovacích jednotek k centrálnímu přívodu tlakové vody – ve specifikaci to bylo míněno bodem: tlaková voda pro výplachy.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 17. 2. 2016 do 11:00 hodin je nově změněn na 1. 3. 2016 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo