

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. února 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Přístroje pro ORL

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje rigidní a flexibilní optiky. Ve specifikaci ale není požadavek na toulce pro tyto endoskopy. Prosíme o upřesnění, zdali žadatel bude požadovat toulce na rigidní a flexibilní endoskopy a v případě toulců pro rigidní endoskopy, zdali mají být toulce vyhřívané a v jakém počtu?

Odpověď č. 1:

Požadujeme dodání tří toulců pro rigidní endoskopy (není nutné vyhřívání) a jeden pro flexibilní endoskop.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v dodatečných informacích ze dne 17. února 2016 upřesnil, že požaduje jednu instrumentační skříňku se dvěma odkládacími plochami. Většina výrobců nabízí více druhů unitů, které se liší svojí velikostí. Prosíme proto o upřesnění, jakou minimální odkládací plochu (celkovou velikost dvou odkládacích poliček) zadavatel požaduje?

Odpověď č. 2:

Plocha odkládacích poliček musí být minimálně 210 x 297 mm (velikost A4 a větší).

Termín podání nabídky

Zadavatel upozorňuje, že v odpovědi na dotazy dne 15. 2. 2016 změnil bod 8. a původní termín pro podání nabídky 17. 2. 2016 do 11:00 hodin byl změněn na 1. 3. 2016 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016/FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo