

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Eg

Vaše zn.: -

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

V Brně dne 2. března 2016

Odpověď na dotaz k VZMR – Automatická myčka na mytí endoskopů

Dotaz č. 1:

- **Zadavatel požaduje:** Ohřívač vody

Námi nabízené systémy ohřívají HLD dezinfektant, který se v komoře mísí s vodou. Díky přímému ohřevu dezinfektantu je tento systém účinnější při mikrobiální kontaminaci a zkracuje čas kompletního cyklu. Bude zadavatel akceptovat pokud nabídneme toto řešení.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

- **Zadavatel požaduje:** Načtení endoskopu/obsluhy integrovanou čtečkou čárových kódů

Bude zadavatel akceptovat pokud námi nabízený systém umožňuje identifikaci endoskopů/obsluhy pomocí numerické klávesnice integrované přímo v zařízení mycího a dezinfekčního automatu. ID data umožňují zadávat prakticky neomezený počet endoskopů/obsluhy (999999999) pomocí integrované klávesnice. U tohoto systému odpadá přelepování štítků u namáčených endoskopů, které se při namáčení odlepují.

Poznámka:

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatickou myčku endoskopů, naopak díky integrovanému ohřevu dezinfektantu a uživatelsky nenáročnému ovládání zkracuje celkový čas cyklu mytí a dezinfekce flexibilních endoskopů.

V případě zájmu jsme schopni systém zapůjčit, případně zaslat kompletní seznam referenčních pracovišť.

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení za podmínky, že zadání ID endoskopu a ID obsluhy bude povinné a nebude možno jej vynechat.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Eg