

Dodatečné informace

Dotaz:

Jak jsme se již dotazovali minule v otázce číslo I, opravdu požadujete např. přístroj typu cTMS s uživatelsky volitelnou šířkou impulsu v krocích 300 us (mikrosekund), nebo postačuje konstantní šířka stimulu cca 300 us, jak je u standardních rTMS přístrojů obvyklé?

Odpověď:

Zadavatel požaduje konstantní šířku stimulu (pulsu) 300 us.

V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi bude opravena zadávací dokumentace.