

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 11. dubna 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Parní sterilizátor

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel od dodavatele nějaké další činnosti nad rámec předepsaný výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění?
Pokud ano, prosíme o jejich jasnou specifikaci.

Odpověď č. 1:

Parní sterilizátor spadá do vyhrazených technických zařízení a tlaková nádoba (TNS) musí splňovat podmínky vyhlášky č. 18/1979 Sb., normu ČSN 690012 a pokud bude deklarován jako ZP, tak také splňovat podmínky kladené na výrobce/dodavatele a servis - včetně revizí (§68) zde stanovených.

S přístrojem (dík obsažené TNS) musí být dodaný pasport tlakové nádoby, musí být - v rámci předání, provedena jeho vstupní revize a s periodou 1 roku prováděny provozní revize (v záruční době zdarma - v ceně přístroje), samozřejmě návod k použití v ČJ, prohlášení o shodě a zaškolená obsluha.

Samozřejmostí je dodání přístroje až na místo instalace, jeho kompletace/instalace, zapojení a prokázání provozuschopnosti před/při předání - vše v ceně dodávky.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo