

Dodatečné informace

Otázka:

položka T6015 lůžko elektricky polohovatelné, mobilní - intermediální péče.
-vnější rozměr lůžka max. 100x225cm, minimální šířka ložné plochy 90cm. / Může uchazeč nabídnout lůžko o vnějších rozměrech 105x222cm při šířce ložné plochy 90cm?

Odpověď:

Vzhledem k šířce dveří do lůžkových pokojů uživatel požaduje dodržení maximálního požadovaného rozměru 100 cm.

Otázka:

- čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů / Může uchazeč nabídnout čtyřdílnou ložnou plochu - zádový, stehenní polohovatelný pomocí elektromotorů a lýtkový díl polohovatelný mechanicky?

Odpověď:

Uživatel požaduje minimálně: čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů

Otázka:

- vizuální indikace nejnižší polohy lůžka, automatické nastavení zádového dílu do 30° / Může uchazeč nabídnout zvukovou indikaci nejnižší polohy lůžka + může uchazeč nabídnout nastavení zádového dílu do 30° pomocí indikace náklonu zádového dílu?

Odpověď:

Ano.

Otázka:

položka T-6016 lůžko elektricky polohovatelné, mobilní
-postranice po celé délce ložné plochy složené ze tří částí (hlavová, střední a nožní) / Může uchazeč nabídnout postranice po celé délce ložné plochy složené ze dvou částí postranic?

Odpověď:

Uživatel požaduje dodržení požadovaných parametrů – postranice ze tří částí.

Otázka:

- centrální sesterský ovládací panel integrován do lůžka se zamezením přístupu neoprávněné osoby / Může uchazeč nabídnout sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování zavěsitelný na čelo lůžka?

Odpověď:

Uživatel požaduje integrovaný panel.