

Odpověď na dotaz dodavatele II

Dotaz:

Článek III. Technické podmínky, požadavky na připojení do PACS zadavatele: antivirová ochrana:

- Námi nabízený systém neumožňuje využít antivirový systém zadavatele.

Akceptuje zadavatel pravidelnou antivirovou kontrolu při provádění PBTK?

Odpověď:

Přístroj bude umístěn v uzavřené VLAN síť LAN, nabídka řešení je tedy zadavatelem akceptovatelná.