

Dodatečné informace

Dotaz:

Vzhledem k požadovaným rozměrům obvodu pasu inkontinenčních plen bychom Vás rádi taktéž požádali o následující úpravy tolerance rozměrů a to:

velikost Medium: o +/- 17%

velikost Large: o +/- 17%

Rozměry obvodu pasu inkontinenčních plen uvedené v požadavcích v původní zadávací dokumentaci jsou velmi striktní a pro nás diskriminační a to i přesto, že naše pleny ve výsledku mají lepší rozpětí rozměrů než je požadováno. Úpravou tolerancí rozměrů obvodu pasu plen získáte větší portfolio dodavatelů kvalitních plen a hlavně umožnění tolerance nijak neznehodnotí pleny samotné. Použití plen závisí vždy na potřebách uživatele.

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametrech uvedených v Zadávací dokumentaci, jedná se o minimální rozsah obvodu boků, uchazeč tedy může nabídnout pleny s větším rozsahem, např. 80 – 130 cm u velikosti M, musí ale pojmout požadovaný rozměr.

Dotaz:

Ve specifikaci podložek je požadováno prošívané savé jádro podložek, jako ochrana shrnutí savého jádra. V případě, že prošíatí jádra nemáme, činí nás tento požadavek znevýhodněným, popřípadě diskriminovaným účastníkem VŘ. Rádi bychom nabídli podložky, které splňují všechny parametry, ale bez prošíatí. Prosím o vyjádření k tomuto bodu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v Zadávací dokumentaci.

Dotaz:

V § 50 v předloze čestného prohlášení je ekonomická a finanční způsobilost pro VŘ Injekční techniku, což nejspíš tohoto VŘ na Inkontinentní pomůcky nevztahuje. Prosím opravte podklady.

Odpověď:

Požadavek se vztahuje k zadávacímu řízení na Inkontinentní pomůcky, pouze nedopatřením došlo k ponechání názvu jiné zakázky. Na profilu zadavatele byla uveřejněna opravená Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace – vzor čestného prohlášení.