

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/.../FNBRNO – 15.2.1 – Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně 3. června 2016

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **2 ks fluorescenčních mikroskopů** pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno a pro Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou část, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

	Název části	Počet kusů
Část č. 1)	Fluorescenční mikroskop pro IHOK, PDM	1
Část č. 2)	Fluorescenční mikroskop pro OKM, PMDV	1

Medicínský účel – pro molekulárně-cytogenetické vyšetření metafázních chromosomů a interfázních buněk

Zadavatel požaduje přístroje nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Přístroje musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jejich uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen **doplnit ručně žlutě označená volná místa** v textu vzorové kupní smlouvy pro části, na které podává nabídku (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy

připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- **ES prohlášení o shodě** v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (*EN 93/42/EEC* či *IVD EN 98/79/EEC*) dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce,
- registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění) – v případě zdravotnického prostředku,
- **návod k přístroji na CD/DVD** (manuál v ČJ a AJ – je-li výroba přístroje mimo ČR),
- **označení přístroje „CE“** (na přístroji a v uživatelském manuálu).

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen,
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje,
- roční náklady na spotřební materiál,
- kompletní nabídka včetně technických údajů v ČJ s oceněním jednotlivých položek,
- cena náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných ND, PM kitů apod.) po dobu životnosti (uvést výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, ND s omezenou životností, PM (preventive maintenance) / SM (service maintenance) kity...) nebo za dobu 10 ti let (není-li životnost přístroje výrobcem stanovena),
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby,
- doplnění níže uvedené tabulky:

Místo servisu	Servisní práce: KČ/ hod	Cestovné: KČ/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Četnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude zpracována pro každou část veřejné zakázky zvlášť v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnížší nabídková cena bez DPH, a to pro každou část zvlášť.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v **jednom originále a jedné kopii** v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka - **Fluorescenční mikroskopy - část č. ... - Neotevírat**“, kde uchazeč doplní čísla částí, do nichž podává nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat vyplněný návrh vzorové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list

nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 22. 6. 2016 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č. 1070 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Fluorescenční mikroskopy pro molekulárně-cytogenetické vyšetření metafázních chromosomů a interfázních buněk.

Část č. 1) - Fluorescenční mikroskop pro IHOK, PDM

1 ks

Požadované vlastnosti:

Mikroskop musí být kompatibilní se současným vybavením laboratoře - (mikroskopy NIKON, SW Lucia)

Stativ

- 6 polohový revolverový nosič objektivů
- Trinokulární tubus s dělením světla okuláry:kamera – 100%:0% - 0%:100% (držák okulárů)
- Ve stativu mikroskopu vestavěná kazeta s filtry: 1x filtr pro denní světlo, 2x neutrální šedý filtr, 1x volná pozice pro osazení libovolným filtrem
- Koaxiální hrubé i jemné ostření. Možnost nastavení dorazu hrubého ostření. Nastavitelná tuhost makro ostření.
- Motorizovaný epi-fluorescenční nástavec s karuselem pro 6 filtrů, vybavený aperturní a polní clonou
- Dálkový ovladač pro řízení motorizovaných funkcí (výměna fluorescenčních filtrů, závěrka)
- Ve stativu mikroskopu vestavěná elektronická spoušť pro sejmutí obrazu přímo z mikroskopu
- Mechanický křížový stolek s keramickým povrchem, nastavitelná tuhost pohybu v obou osách (X/Y), výškově nastavitelné ovládání pro pravou ruku, držák až dvou preparátů
- Universální Abbeův kondenzor
- Procházející světlo s výkonem min 100W halogen
- Kompatibilita mikroskopu (motorizovaných funkcí) se systémem analýzy obrazu LUCIA FISH, kterým je pracoviště vybaveno
- Adaptér pro připojení digitální kamery (c-mount)
- Protiprachový kryt mikroskopu v ceně dodávky

Optika

- Okuláry širokouhlé: 10x/min. 22 (zorné pole), s gumovými odnímatelnými očními dioptrickými korekcemi
- Planfluorový objektiv 20x
- Planapochromatický objektiv 100x s numerickou aperturou min. 1.45 a pracovní vzdáleností min. 0.12 mm (použitelný se standardními krycími sklíčky a standardním imerzním olejem)

Fluorescence

- Fluorescenční filtry: excitační (460 - 495) nm, emisní (510 - 550) nm
- Úzkopásmové fluorescenční filtry: Spectrum Blue, Spectrum Aqua, Spectrum Green, Spectrum Orange + třípásmový filtr B/G/R
- Modulátor pro plynulou změnu excitační vlnové délky při zařazeném třípásmovém filtru B/G/R pro pozorování vícenásobně barvených preparátů
- Rtuťový fluorescenční zdroj s výkonem min 100W
- Náhradní fluorescenční zdroj (výbojka) v ceně nabídky

Kamera a zobrazovací systém

- A) CCD monochromatická kamera:
- rozlišení min. 1,4 MPix (1360 x 1024 obrazových bodů)

- velikost CCD snímače 2/3"
- velikost pixelu [W x H] 6.45 µm x 6.45 µm
- AD převodník 14 bitů
- rozhraní IEEE1394a Firewire
- IR cut off
- optické rozhraní k mikroskopu pomocí C-mount adaptéru

B) Řídící počítač včetně příslušenství:

- 1 ks PCI karta FireWire
- 1 ks PC – Standard „A“

Počítač	Standard "A"		
Parametr	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči	
Základní deska (MB)	DVI + D-sub výstup		
Procesor (CPU)	technologie 64bit, výkon CPU minimálně 4800(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)		
Chladič (Cooler)	neBOXovaný s heatpipe chlazením		
Operační paměť (RAM)	1x modul 4GB DDR3 1333MHz		
Pevný disk (HDD)	1x 500GB SATA 6Gps 7200rpm 16MB cache		
Mechanika	DVD-RW SATA bez SW		
LAN integrovaná	10/100/1000 Mbps		
Zvuková karta integrovaná	ano		
Ventilátor (Fan)	2x 120mm, 4 pin		
Skříň (Case)	middletower bez zdroje, ATX, interní 3,5" pozice (min 4x), , externí 3,5" pozice (min 2x), externí 5,25" pozice (min 4x), pozice pro ventilátory (min 3x, front + rear 120mm), front panel (min 2x USB, audio in and out)		
Zdroj (PSU)	ATX, min. 320 W s účinností min. 87%		
Klávesnice (Keyboard)	s českým potiskem, rozhraní USB		
Myš (Mouse)	laserová 2 tlačítko + kolečko, rozhraní USB		
Operační systém (OS)	MS W10 Pro CZ 64 bit s možností downgrade na MS W7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů)		
Záruční doba	3 roky - NBD		

- 1 ks monitor – Standard „A“

Monitor		Standard "A"	
Parametr		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		IPS / VA	
provedení zobrazovací plochy monitoru		Antireflexní	
velikost úhlopříčky minimálně		24"	
pracovní rozlišení minimálně		1920 x 1080	
jas - minimálně [cd/m ²]		250	
kontrast		800:1	
pozorovací úhel (V x H)		175°x175°	
odezva maximálně		8 ms	
rozhraní (konektory)		analog VGA + DVI-D + DisplayPort včetně kabelů	
certifikáty		TCO 05	
integrované reproduktory	ano/ne	ne	
	výkon		
možnost výškového nastavení / náklonu		ano / ano	
příkon maximální [W]		40 W	
lokalizované menu ovládání		ne	
servisní záruka		3 roky - NBD	

C) Software

- **instalace Software na server** do virtualizačního prostředí VMware vSphere 6.0 ve FN Brno
- **instalace databáze na server** ve virtualizačním prostředí VMware vSphere 6.0 ve FN Brno. Zadavatel nabízí možnost využít instanci MS SQL 2014 Serveru.
- Zálohování bude prováděno prostředky zadavatele.
- Software pro rutinní molekulárně cytogenetická vyšetření FISH – snímání a úpravy vícebarevného fluorescenčního obrazu.
- SW v české a anglické jazykové lokalizaci (včetně databáze a výsledkových zpráv), manuál v českém jazyce je samozřejmostí.
- Softwarové nástroje pro FISH analýzu, možnost snímání až 12 obrazových rovin, možnost snímání tlustého preparátu v několika zaostřených rovinách pro každý barevný kanál.
- Vstup do systému je zabezpečen na úrovni uživatelských jmen a hesel.

- Import stávající SQL databáze na server včetně zachování struktury a formátu databázových tabulek. Možnost otevření, úpravy a hodnocení obrazu pořízeného na ostatních pracovních stanicích ve stejné laboratoři (Zabezpečí serverová instalace).
- Software bude obsahovat generátor uživatelsky modifikovatelných reportů s možností jejich ukládání do databáze a převodu do formátu PDF.
- Jako součást dodávky požadujeme dodání pasivní softwarové licence pro přístup, zápis a správu cytogetické databáze pro další PC.

Další požadavky pro část č. 1:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- **označení přístroje „CE“** (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma
- 1x **návod v ČJ** (1x tištěný) - při dodání přístroje
- součástí **nabídky a předání** bude elektronický nosič (CD/DVD, ...) kde bude:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)

Část č. 2) - Fluorescenční mikroskop pro OMK, PMDV

1 ks

Požadované vlastnosti:

Stativ

- Revolverová hlava pro min. 5 objektivů (odečet pozice)
- Ergonomický (sklopný) trinokulární tubus (držák okulárů)
- Vestavěný integrovaný držák fluorescenčních filtrů, min. 8 pozic
- Nezávislé hrubé/ jemné ostření. Možnost nastavení dorazu hrubého ostření
- Mechanický křížový stolek s keramickým povrchem, nastavitelná tuhost pohybu v obou osách (X/Y), ovládání pro pravou ruku, držák až dvou preparátů
- Universální Abbeův kondenzor
- Kondenzor pro temné pole
- Zdroj světla halogenová lampa (12V, min. 30 W) nebo odpovídající LED zdroj.
Pravé Koehlerovo osvětlení (zdroj osvětlení na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona).
- Záznamové zařízení s rozlišením obrazu min. 18 MPixel, (CCD kamera, fotoaparát...), včetně řídicího PC a min 24" LCD monitoru v ceně nabídky.
- Náhradní zdroj světla – halogenová/LED lampa v ceně dodávky
- Prachový kryt mikroskopu v ceně dodávky

Optika

- Objektivy: 10x, 20x, 40x, 60x a 100x imerzní
- Okuláry širokoúhlé: 10x/min. 22 (zorné pole), dioptrická korekce
15x/ 12, YS-CF pro prohlížení v zástinu

Fluorescence

- Fluorescenční filtry: excitační (460 - 495) nm, emisní (510 - 550) nm
- Excitační externí zdroj fluorescence (např. metal - halidová, Hg, Xe výbojka lampa), min. 120 W, životnost min. 1500 hodin

- Náhradní fluorescenční zdroj (výbojka) v ceně nabídky

Software

- Řídící SW s plnohodnotným ovládáním záznamového zařízení, s možností kalibrace a úpravy obrazu, měření vzdáleností, možnost kreslení do snímku a psaní textu a export dat csv

Hardware

- 1 ks řídící PC – Standard „A“

Počítač	Standard "A"		
Parametr	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči	
Základní deska (MB)	DVI + D-sub výstup		
Procesor (CPU)	technologie 64bit, výkon CPU minimálně 4800(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)		
Chladič (Cooler)	neBOXovaný s heatpipe chlazením		
Operační paměť (RAM)	1x modul 4GB DDR3 1333MHz		
Pevný disk (HDD)	1x 500GB SATA 6Gps 7200rpm 16MB cache		
Mechanika	DVD-RW SATA bez SW		
LAN integrovaná	10/100/1000 Mbps		
Zvuková karta integrovaná	ano		
Ventilátor (Fan)	2x 120mm, 4 pin		
Skříň (Case)	middletower bez zdroje, ATX, interní 3,5" pozice (min 4x), , externí 3,5" pozice (min 2x), externí 5,25" pozice (min 4x), pozice pro ventilátory (min 3x, front + rear 120mm), front panel (min 2x USB, audio in and out)		
Zdroj (PSU)	ATX, min. 320 W s účinností min. 87%		
Klávesnice (Keyboard)	s českým potiskem, rozhraní USB		
Myš (Mouse)	laserová 2 tlačítko + kolečko, rozhraní USB		
Operační systém (OS)	MS W10 Pro CZ 64 bit s možností downgrade na MS W7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů)		
Záruční doba	3 roky - NBD		

- 1ks monitor – Standard „A“

Monitor		Standard "A"	
Parametr		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené uchazeči
provedení / typ		IPS / VA	
provedení zobrazovací plochy monitoru		Antireflexní	
velikost úhlopříčky minimálně		24"	
pracovní rozlišení minimálně		1920 x 1080	
jas - minimálně [cd/m ²]		250	
kontrast		800:1	
pozorovací úhel (V x H)		175°x175°	
odezva maximálně		8 ms	
rozhraní (konektory)		analog VGA + DVI-D + DisplayPort včetně kabelů	
certifikáty		TCO 05	
integrované reproduktory	ano/ne	ne	
	výkon		
možnost výškového nastavení / náklonu		ano / ano	
příkon maximální [W]		40 W	
lokalizované menu ovládání		ne	
Záruční doba		3 roky - NBD	

Další požadavky pro část č. 2:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- **označení přístroje „CE“** (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma

- 1x **návod v ČJ** (1x tištěný) - při dodání přístroje
- součástí **nabídky a předání** bude elektronický nosič (CD/DVD, ...) kde bude:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)