

Dodatečné informace

Dotaz:

Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Dovybavení Traumatéamu“ Vás tímto žádám o nápravu uvedené skutečnosti. Doplněním technických podmínek o informace níže uvedené došlo k porušení zákona 137/2006 a následných zněních, zejména §45, ods.3 a také §44, ods. 11.

Minimální rozměr konstrukce ve složeném stavu 1500 mm, v rozloženém stavu délka nosné stojny 2350 mm, maximální rozložení nosné stojny na dva kusy, minimální délka příhradové konstrukce jedné sekce je 1450 mm, výška prostoru mezi vrchní a spodní sekcí konstrukce je minimálně 350 mm, kdy tento prostor plní tepelnou a termoregulační funkci stanu. Nosnost jedné nosné stojny stanu minimálně 75 kg.

Uvedeným doplněním došlo k zajištění konkurenční výhody pro výrobce stanů HDT Global z USA a jeho zástupce v ČR. Kdy byl porušen princip rovné příležitosti, princip nediskriminace, princip transparentnosti, princip hospodárnosti a efektivnosti zaručení rovnocenného přístupu pro všechny zájemce o předložení nabídek.

Jak uvádíte v záhlaví části III. Technické podmínky - Uchazeč je oprávněn nabídnout i jiné kvalitativně a technicky obdobná řešení. Čímž uvedením přesného popisu konstrukce ztrácí smysl a pouze poukazuje na předem vybraný produkt.

Stejně tak, by se náprava měla týkat i bodů v Části 2 – vnitřní vybavení. Kdy je uveden konkrétní rozměr u položek c, d, e, f, g. Kdy zájemce může mít v nabídce např. polštář s odpovídajícím rozměrem potahu – ale jeho nabídnutí je omezeno konkrétními požadovanými rozměry potahu, které neodpovídají např. polštáři.

Na základě uvedených skutečností navrhuje, aby zadavatel upravil dle našeho názoru diskriminační technické podmínky specifikované v části III. Zadávací dokumentace, tím že odstraní protiprávní stav vzniklý nezákonným postupem zadavatele, resp. Určením nezákonných podmínek v soutěžních podkladech a umožnil tak, co možná nejširšímu okruhu zájemců předkládat nabídky.

Odpověď:

Veškeré rozměry jsou uvedeny v minimální hodnotě a tyto byly stanoveny na základě praktických zkušeností TT ČR ze cvičení a především z ostrého nasazení na humanitární misi v Nepálu v roce 2015. Hodnoty odpovídají i parametrům stanů, které měly k dispozici spolupracující zdravotnické jednotky v Nepálu a jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna dostatečná průchodnost stanů pro nutný provoz: pro personál při přenášení pacientů, při manipulaci s pacienty, pro umístění lehátek, pro uložení materiálu a především pro umístění technických pomůcek potřebných při péči o pacienta.

Stany spolupracujících zdravotnických jednotek byly od různých výrobců a jejich rozměry garantovaly dostatečný průsvit, průchod a prostor pro zajišťovanou zdravotnickou péči.

Dotaz:

V ZD "Dovybavení Traumatéamu" požadujete elektrické rozvody. Veškerá specifikace končí sdělením min 10ks zásuvek k napojení lékařských přístrojů.

Prosíme o sdělení detailnějšího požadavku, aby byl v souladu s normami odpovídajícími pro použití zdravotnických přístrojů.

Jaké má být krytí zásuvek, jaké bude proudové zatížení, zda typ kabelu dle normy pro použití v nemocnicích, zda má být antistatická úprava, jaký typ napojení koncovek, zda každá zásuvka má být jištěna, apod.

Pokud nejste schopni dané informace poskytnout, sdělte alespoň normy, které to má splňovat, tak aby byl dodavatel chráněn před případnými škodami na zdraví či majetku způsobenými vyzkratováním obvodu.

Odpověď:

Stávající rozvody, které jsou běžně používány při aktivitách TT ČR, jsou zajišťovány standardními prodlužovacími kabely se zakončením pro napojení 3 – 5 spotřebičů, napájení 230V / 50 Hz.