

Dodatečné informace:

Dotaz 1:

V Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce je v článku III. TECHNICKÉ PODMÍNKY v části Technická specifikace analyzátorů v oddíle Další požadavky na přístroj uveden mimo jiné i požadavek:

„Nepřesnost měření v cyklu „SEKK“ EHK ABR 1/15 nebo EHK ABR 3/15 –

Kvantitativní

výsledky stejnorodých skupin pro parametry ABR:

- pH - průměr koeficientu variace dvou vzorků o různých koncentracích do 0,15 %

- pCO₂ - průměr koeficientu variace dvou vzorků o různých koncentracích do 3,0 %

- pO₂ - průměr koeficientu variace dvou vzorků o různých koncentracích 4,6 %

Celkový počet účastníků těchto cyklů SEKK: minimálně 15 u stanovení pH, pO₂, pCO₂“

Dle našeho názoru nepatří tento bod nepřesnost měření v cyklu SEKK EHK do technické specifikace přístroje. Obecné požadavky na úspěšné splnění cyklu EHK (např. SEKK) jsou udávány přímo daným poskytovatelem služby a dle našeho názoru by neměl být tyto parametry součástí technických požadavků.

Dotaz zní: Trvá zadavatel na bezpodmínečném splnění tohoto požadavku?

Odpověď:

Variační koeficienty v jednotlivých skupinách cyklu SEKK EHK jsou sice ovlivněny mnoha vlivy, ale též zobrazují kvalitou přístroje. Zadavatel trvá na splnění požadavku.