

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje pro skupinu analyzátorů č. 2 měření parametru Cl-- .

Jako uchazeč máme možnost nabídnout kazety s menu parametrů bez Cl- nebo kazety s parametrem Cl-, avšak tato varianta je dražší.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy bude pro skupinu 2 nabídnuta levnější varianta kazet bez Cl- a celková nabídková cena bude nižší?

Odpověď:

Měření chloridových iontů je základním typem měření a zadavatel nebude akceptovat nabídku, kde nebude možno tento iont měřit.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje pro skupinu analyzátorů č. 3 mimo jiné měření i parametru MetHb. Při splnění veškerých ostatních technických požadavků může uchazeč nabídnout pouze technické řešení bez parametru MetHb.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy bude pro skupinu 3 nabídnuto technické řešení s kazetami bez parametru MetHb ?

Odpověď:

Zadavatel požaduje měření methemoglobinu a zadavatel nebude akceptovat nabídku systému, kde jej nebude možno měřit.

Dotaz č. 3:

V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje „aktivní správu (24/7) připojených zařízení s automatickým upozorněním operátorů na poruchy (mail, SMS).“

Technické řešení uchazeče obsahuje kromě aktivní vzdálené správy (24/7) pro supervizora či servis také speciální SW, který kromě plně automatického monitoringu kvality celého systému provádí také plně automatické nápravy všech detekovaných chyb senzorů. Tento SW přebírá od operátorů plnou kontrolu nad kvalitou a technickým stavem analyzátoru a nápravu chyb senzorů provádí plně autonomně a automaticky. Veškeré chyby, jejich automatické nápravy, popřípadě poruchy HW jsou předávány operátorovi bezprostředně zobrazením na obrazovce a veškeré činnosti tohoto SW jsou automaticky evidovány a pro supervizory kdykoli dohledatelné. Výhodou je maximální míra standardizace, zvýšení kvality vydávaných výsledků a snížení časové náročnosti na údržbu a nápravy chyb prováděné

tradičně operátorem, supervizorem nebo servisem. Tento SW je vyvinut speciálně pro specifické POCT prostředí decentralizovaných JIP/ARO a je certifikovaný CE a FDA. Uchazeč má mnoho pozitivních referencí při užití tohoto SW. Z tohoto důvodu se domníváme, že zasílání chybových zpráv operátorovi emailem nebo sms je v tomto případě požadavek již nepotřebný a zbytečně zatěžující operátory.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku s výše popsáním kontrolním SW bez zasílání upozorňujících emailů a sms, avšak při zachování maximální funkčnosti a kvality analytického systému a vydávaných výsledků?

Odpověď:

Možnost upozornění přístrojem/systémem na chybu a nutnost opravy bude výhodou. U nových kazetových systémů se náprava nechá vyřešit výměnou kazety. Zadavatel bude akceptovat nabídku systému, který nezasílá upozorňující maily či SMS.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek „automatizované vnitřní kontroly kvality – měření min. 1 x denně“. Zadavatel již blíže nespecifikuje na kterých hladinách má být VKK prováděna popř. při jakém počtu prováděných testů na konkrétním analyzátoru (více testů znamená vyšší opotřebení měřících senzorů a tím vyšší chybovost senzorů). Aby bylo možno porovnat nabídkové ceny, které dle ZD musí „zahrnovat ceny za reagenty, kalibrační roztoky, roztoky pro kontrolu kvality a další nutný materiál (elektrody...)“ je pro kalkulaci a vyčíslení celkové nabídkové ceny zapotřebí pro uchazeče stanovit minimální denní frekvenci automatických kontrol se specifikací kontrolních hladin a minimální počet denních automatických kalibrací, se kterými bude nabídková cena kalkulována. Pouze takto je možné porovnat nabídkové ceny zahrnující veškerý spotřební materiál.

Vzhledem k tomu, že kvalitu vydávaných výsledků z těchto POCT analyzátorů odborně garantuje biochemická laboratoř, domníváme se, že by požadavky na jejich kvalitu měly být minimálně stejné, jako jsou požadavky na kvalitu na OKB. Domníváme se, že požadované frekvence provádění vnitřní kontroly kvality by měly splňovat aktuálního doporučení České společnosti klinické biochemie o vnitřní kontrole kvality (<http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni#VKK>). Zde je požadovaná frekvence kontrol vyšší.

Dotaz č. 4: Trvá zadavatel na provádění VKK jednou denně na jakékoli hladině nebo mají uchazeči kalkulovat s frekvencí a charakterem VKK dle aktuálního doporučení ČSKB?

Popřípadě žádáme o bližší specifikaci kontrolních hladin a minimálních počtů denních automatických kontrol a automatických kalibrací, které budou zahrnuty do celkové nabídkové ceny

Odpověď:

Vnitřní kontrolu kvality požadujeme dle doporučení ČSBK - měřit na třech hladinách každý den, vždy po osmi hodinách jedna hladina, kdy se analyzátor používá pro pacienty. K tomu musí být dodržena doporučení výrobců pro údržbu, kontrolu linearity a kalibraci.