

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. července 2016

Odpověď na dotazy k VZMR - Ventilátor pro umělou plicní ventilaci

Dotaz č. 1:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, zadavatel požaduje:

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků a tlakové podpory dle měření plicní mechaniky pacienta.
- Automatický zpětnovazební ventilační režim udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO₂ a SpO₂ upravující hodnoty FiO₂ a PEEP pro odvykání z UPV.

Uchazeč nabízí ventilátor pro umělou plicní ventilaci renomovaného výrobce a odborným technickým řešením, ventilátor obsahující režim regulace a optimalizace řízených dechů, inspiračních tlaků a tlakové podpory s aktivní účastí lékaře, stejně tak je tomu u zpětnovazebního mechanismu pro odvykání pacienta.

Řídicí systém přístroje vylučuje jakoukoliv manipulaci FiO₂ v závislosti EtCO₂ a SpO₂ bez povolení lékaře.

Připustí zadavatel toto obdobné technické řešení?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i nabídky s výše uvedeným technickým řešením.

Dotaz č. 2:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, zadavatel požaduje:

- Integrovaný modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování.

Uchazeč nabízí obdobné technické řešení monitorování netěsností na kanyle pacienta bez ohledu na to, zda je použita kanyla s manžetou EtC či nikoliv.

Odpověď č. 2:

Automatická kontrola tlaku v manžetě kanyly je důležitým bezpečnostním prvkem prevence vzniku postintubační stenózy, nelze zaměnit za měření netěsnosti okruhu.

Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením a trvá na původní specifikaci.

Naše zn.: 2016/FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

Dotaz č. 3:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, zadavatel požaduje:

- V přístroji vestavěná s inspirem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků s nastavením doby nebulizace uživatele.

Uchazeč nabízí obdobné technické řešení, nebulizaci léků pomocí technologie aeroneb a současně externí proudovou nebulizaci s eliminací změn dechového objemu. Objem nebulizace, dobu nebulizace a profil podání nebulizace s časem prodlevy lze nastavit shodně u obou principů nebulizace.

Připustí zadavatel toto obdobné technické řešení?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i nabídky s výše uvedeným technickým řešením.

Dotaz č. 4:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, zadavatel požaduje:

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, min. 8 křivek současně, min 4 smyčky současně, referenční smyčka, trendy min. 96 hod.

Uchazeč nabízí ventilátor pro umělou plicní ventilaci renomovaného výrobce s obdobným technickým řešením, plicní ventilátor s více profily zobrazení podle závažnosti stavu pacienta a preference lékaře s trendy 72 hodiny (víkendový režim zpětného zobrazení trendů).

Všechny parametry jsou monitorovány současně a lze je individuálně pro přehlednost nastavit těchto profilech zobrazení. Přepínání mezi profily je jedním dotykem a požadovaný profil nebo přesunem obrazovky jako na tabletu.

Připustí zadavatel toto obdobné technické řešení?

Odpověď č. 4:

Zadavatel bude akceptovat i nabídky s výše uvedeným technickým řešením.

Dotaz č. 5:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace, Technická specifikace, zadavatel požaduje:

- Modul s čidlem integrovaného měření kapnometrie s monitorací minutové CO₂ eliminace i v jednotlivém dechu, velikosti mrtvého prostoru, hodnocení tvaru plateau CO₂ i slope CO₂.

Uchazeč nabízí obdobné technické řešení, plicní ventilátor s integrovaným měřením kapnometrie, monitorací objemu produkce CO₂ a objemu spotřeby O₂ s měřením velikosti mrtvého prostoru.

Připustí zadavatel toto obdobné technické řešení?

Odpověď č. 5:

Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením a trvá na původní specifikaci.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v zadávací dokumentaci ve formuláři technické specifikaci požaduje splnění parametru:

Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků a tlakové podpory dle měření plicní mechaniky pacienta.

Uchazeč má za to, že tento prvek plní pouze jeden jediný konkrétní dodavatel a tudíž se jedná o diskriminační prvek. Zadavatel tímto nedodržuje základní zásadu transparentnosti této veřejné zakázky.

Naše zn.: 2016/FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

Tímto Vás žádáme o odstranění tohoto parametru pro zajištění možnosti účasti dalších uchazečů. Je to možné?

Odpověď č. 6:

Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez ní s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, ... splňuje více dodavatelů ventilační techniky.

Zadavatel trvá na své původní technické specifikaci.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 20. 7. 2016 do 11:00 hodin je nově změněn na 3. 8. 2016 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.