

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

Brno 05. prosince 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění je dodávka **1 ks plicního ventilátoru oscilačního** pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace, Pracoviště dětské medicíny, FN Brno dle přiložené technické specifikace .

Medicínský účel – přístroj určený k vysokofrekvenční ventilaci novorozenců o hmotnosti od 0,6 kg.

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, PDM/Dětskou nemocnici, KDAR
- Doba plnění je součástí nabídky uchazeče.

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
- vlastní nabídku
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
- označení CE
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
- Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností faktury – daňového dokladu ve 3 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena - do 90 dnů a další vždy do 30 dnů od předcházející. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.

5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny

6. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 18.12.2012 do 11,00 hod.

- a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů (lůžkový trakt 3NP)
v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

- c) nabídka bude označena – „**Nabídka – Plicní ventilátor oscilační - Neotvírat**“

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy :

Technická specifikace

Technická specifikace

Přístroj je určen pro vysokofrekvenční oscilační ventilaci (HFOV) novorozenců
Přístroj musí být umístěn na pojízdném stativu nebo vozíku pro snadný transport.

Požadavky na přístroj:

- určený k ventilaci novorozenců od hmotnosti 0,6 kg
- nastavitelná frekvence ventilace v rozmezí min 3 – 15 Hz
- nastavitelná hodnota středního tlaku v rozmezí min 0,3 – 4,4 kPa
- nastavitelné hodnoty alarmu max a min Paw v rozmezí min 0 – 4,8 kPa s rozlišením min 0,01 kPa
- alarmy: zdroj plynu, překročení nastavených parametrů Paw max, Paw min
- umožňuje provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz)
- umístění na pojízdném stativu nebo vozíku
- požadujeme pravoúhlý průběh oscilací nikoliv sinový

Doplňující požadavky:

- součástí dodávky musí být zvlhčovač, patientský okruh a veškeré další příslušenství ventilátoru, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas...)
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ
- označení přístroje „ CE “
- délka záruky min. 24 měsíců
- servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 odstavec 3 v platném znění)
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
- 2x návod v ČJ (možnost 1x tištěný při dodání a **1x na CD s nabídkou**)
- roční náklady na spotřební materiál
- podrobný popis veškerého příslušenství

U číselných technických parametrů zadavatel připouští toleranci v rozsahu +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.