

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS

www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ On

Vaše zn.: -

V Brně dne 4. srpna 2016

### **Odpověď na dotazy k VZMR – Přístroj pro snímání chemiluminiscenčních reakcí**

#### **Dotaz č. 1:**

V podrobné specifikaci přístroje-kamery jen uvedeno: "skutečné rozlišení snímacího čipu kamery minimálně 9 Megapixelů".

Požadované takto vysoké nativní rozlišení (9 mp) je kontraproduktivní a vede k tomu, že pixely jsou velmi malé a citlivost přístroje bude tak nízká. Domníváme se, že vzhledem k výše uvedenému by bylo vhodné změnit tento požadavek v technické specifikaci. Prosíme o Vaše vyjádření.

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel trvá na požadavku rozlišení snímacího čipu kamery minimálně 9 Megapixelů a nebude akceptovat kameru s nižší hodnotou rozlišení snímacího čipu.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamborská  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/On