

Dodatečné informace

Dotaz:

Ve specifikaci pro plicní ventilátor pro domácí umělou plicní ventilaci je uveden požadavek: "Trendové hodnoty ventilačních parametrů min. 48 hodin".

DOTAZ:

Akceptuje zadavatel přístroj s trendovými hodnotami ventilačních parametrů 40 hodin s plně ekvivalentním medicínským (klinickým) využitím?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje přístroj s trendovými hodnotami ventilačních parametrů min. 40 hodin.