

Dodatečné informace

Dotaz:

Zadavatel u položky „KAMERA“ požaduje technologii senzoru CMOS. Naše přístroje používají technologii CCD, která je běžně používána a která ve srovnání s CMOS senzorem nepřináší žádné nevýhody nebo omezení.

Bude zadavatel akceptovat technologii senzoru CCD?

Odpověď:

Zadavatel bude u kamery akceptovat i technologii senzoru CCD.

Dotaz:

Zadavatel u položky „ZDROJ SVĚTLA“ požaduje LED technologii. Nikde však neuvádí požadovaný výkon zdroje. Pro dostatečné osvětlení operačního pole při laparoskopii je standardně používán zdroj s výkonem adekvátním k 300 W xenonové výbojce.

Požaduje zadavatel LED zdroj světla s výkonem adekvátním k 300 W xenonové výbojce?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat LED zdroj světla s výkonem adekvátním k 300 W xenonové výbojce, pokud bude mít plynulou regulaci intenzity osvětlení.

Dotaz:

Zadavatel u položky „PUMPA PRO SÁNÍ - OPLACH“ požaduje kompaktní multifunkční jednotku se softwarovým klíčem pro laparoskopii a artroskopii. Zadavatel nabízí pro každý obor speciální pumpu jako samostatný přístroj.

Bude zadavatel akceptovat, pokud uchazeč nabídne na místo kombinované pumpy dvě samostatné pumpy pro laparoskopii a artroskopii?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku jedné multifunkční pumpy pro laparoskopii a artroskopii a nebude akceptovat dvě samostatné pumpy.

Dotaz:

Zadavatel u položky „PUMPA PRO SÁNÍ - OPLACH“ požaduje kompaktní multifunkční jednotku se softwarovým klíčem pro laparoskopii a artroskopii s výkonem oplachu 3,5 l/min. a sání 4 l/min. Pro oba obory nabízíme přístroje s výkonem oplachu a sání 2 l/min. Vzhledem k velkému množství referencí se domníváme, že tento výkon je pro uvedené obory více než dostatečný a požadovaný výkon je tak spíše diskriminačním parametrem a není nutný pro splnění medicínského účelu přístroje. Z výše uvedených důvodů jsme sestavili následující dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku pumpy s výkonem oplachu a sání 2 l/min?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nabídku pumpy s výkonem oplachu a sání 2 l/min a trvá na svém původním požadavku oplachu 3,5 l/min. a sání 4 l/min.

Na základě těchto dodatečných informací dojde ke změnám výzvy.