

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. srpna 2016

Odpověď na dotazy k VZMR - Anesteziologický přístroj včetně monitorace ev.č. 2016-EZAK-VZ-1211

Dotaz č. 1:

Lišta pro upevnění min dvou odpařovačů anestetik s elektronickým snímáním průtoku – požaduje zadavatel elektronické odpařovače nebo se jedná o vyhodnocování spotřeby?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nepožaduje dodání odpařovačů, jedná se pouze o dodání lišty na umístění vlastních/vypůjčených odpařovačů.

Dotaz č. 2:

Měřitelný Tv od 5 ml – míní zadavatel rozsah Tv od 5 ml?

Odpověď č. 2:

Zadavatel nepožaduje rozsah Tv od 5 ml, bude postačovat měřit Tv od 5 ml.

Dotaz č. 3:

V příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace – zadavatel neuvádí počet ani typ odpařovačů pro inhalační anestetika.

Uchazeč se domnívá, že ke splnění medicínského účelu zadavatel požaduje elektronické odpařovače pro sevofluran, izofluran a desfluran jako součást dodávky společně s přístrojem. Je tato domněnka správná?

Odpověď č. 3:

Zadavatel nepožaduje dodání odpařovačů, použije vlastní či vypůjčené odpařovače.

Dotaz č. 4:

Z přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace – vyplývá, že přístroj má umožňovat vedení low flow a minimal flow anestézie, a že má být vybaven uzavřeným okruhem se systémem odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do patientského okruhu.

Uchazeč se domnívá, že tímto popisem zadavatel míní přístroj s automatickou regulací nastavených hodnot, jednocestným systémem dodatečného výstupu čerstvých plynů a s elektronicky řízeným dávkováním anestetik. Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď č. 4:

V technické specifikaci požadujeme: Minimal-flow a low-flow anestézie s těsným patientským okruhem se systémem odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do patientského okruhu.

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

Automatickou regulaci nastavených hodnot nepožadujeme, nicméně nabídku s automatickou regulací budeme akceptovat. Nebudeme ale akceptovat elektronické řízení dávkování anestetik.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.