

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. srpna 2016

Odpověď na dotazy k VZMR - FN Brno - perinatologický program 2016 ev.č. 2016-EZAK-VZ-1214

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci měření srdečního tepu matky z TOCO sondy. Tep matky může být snímán z EKG a SpO2 snímače již dvojím způsobem. Měření z TOCO sondy je již 3. měření tepu. Bude zadavatel akceptovat nabídku, kde bude tep snímán dvojím způsobem z SpO2 a EKG?

Odpověď č. 1:

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepožadoval opce EKG a SpO2 pro KTG a příslušný senzor či kabel, a k tomu, že matka má vždy připojenou TOKO sondu, požadujeme měření tepové frekvence matky z TOKO sondy. Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Naše zn.: 2016//FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo