

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/.../FNBRNO – 15.2.1 – Va/Eg
Vaše zn.: -

V Brně 14. září 2016

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **1 ks Video EEG** pro Poliklinickou ambulantní část, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny, Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel – Přístroj určený ke snímání elektrické aktivity mozku a nepostradatelný v diagnostice řady neurologických onemocnění, především epilepsie.

Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- **ES prohlášení o shodě** v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN

93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce,

- registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění) – v případě zdravotnického prostředku,
- **návod k přístroji na CD/DVD** (manuál v ČJ a AJ – je-li výroba přístroje mimo ČR),
- **označení přístroje „CE“** (na přístroji a v uživatelském manuálu).

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- seznam pracovišť vybavených daným typem přístroje,
- roční náklady na spotřební materiál,
- kompletní nabídka včetně technických údajů v ČJ s oceněním jednotlivých položek,
- cena náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných ND, PM kitů apod.) po dobu životnosti (uvést výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, ND s omezenou životností, PM (preventive maintenance) / SM (service maintenance) kity...) nebo za dobu 10 ti let (není-li životnost přístroje výrobcem stanovena),
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby,
- doplnění níže uvedené tabulky:

Místo servisu	Servisní práce: KČ/ hod	Cestovné: KČ/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných požadavků servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, recyklační poplatky (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Video EEG** - Neotevírat“.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 3.10. 2016 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č. 1070 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel. 532 232 784

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Požadované vlastnosti:

- * video EEG s dvoukamerovou videometrií v HD rozlišení
- * digitální EEG zesilovač
- * minimálně 32 kanálový EEG systém s možností bezdrátového spojení
- * minimálně 19 kanálová hlavice pro PDG
- * volitelný počet montáží
- * fotostimulační lampa s volitelnou frekvencí stimulace
- * základní sada EEG příslušenství
- možnost nahrávat minimálně 10 hodin EEG záznamu včetně synchronizovaného video záznamu v HD rozlišení
- * kamera s dálkovým ovládáním včetně infračerveného svícení pro snímání v noci
- * 2x popisovací stanice (PC (operační systém MS Windows 10 Professional s možností downgrade na Windows 7 Professional) s výstupy na 2 monitory, 2x monitor Standard A
- * Microsoft Office 2016 Professional
- * tiskárna Standard N pro tisk zpráv
- * rozšíření datového úložiště Qnap zadavatele o - minimálně 12 TB pro zajištění dostupnosti záznamů po dobu min. 5 let

Software:

- * dodávka včetně licencí SW pro EEG popis včetně videa
- * datová kompatibilita se stávajícím EEG systémem dětské kliniky (V-EEG Alien technik s.r.o., třída ZP: IIa, type BF)
- * možnost prohlížení pořízených záznamů na v současné době provozovaných 4 síťových stanicích (PC) na dětské klinice s možností vzdálené správy
- * SW modul amplitudové a frekvenční analýzy
- * umožnit prohlížení pořízených záznamů prostřednictvím prohlížeče Marie Web (OR-CZ)
- * zadavatel požaduje provoz řešení ve virtualizačním prostředí FN Brno (VMware)
- * zadavatel požaduje umožnit sdílení dat do FN u sv. Anny
- * zadavatel požaduje zajistit vazbu systému na MPI FN Brno prostřednictvím webových služeb cestou integrační platformy FN Brno (popis webových služeb bude dodán na vyžádání v průběhu VZMR)
- * zadavatel požaduje zajištění vazby systému na žádankový portál FN Brno a zajištění zasílání nálezů do EHR (Electronic Health Record) FN Brno prostřednictvím webových služeb cestou integrační platformy FN Brno (popis webových služeb bude dodán na vyžádání v průběhu VZMR)

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Dodané softwarové řešení musí splňovat podmínky provozu aplikací na PC ve FN Brno:

- Pravidla pro Instalaci PC ve FN BRNO
- instalace OS a aplikačního vybavení v kompetenci zadavatele
- Pro každou instalaci operačního systému (MS Windows Professional 10 x64CZ OEM) na pracovní stanici FN Brno musí být doložitelná licence a pracovní stanice musí být zavedena v majetku FN Brno.
- Instalace SW je povolena pouze do <C:\Program files\“Aplikace“ nebo C:\Program files (x86)\“Aplikace“. V případě, že to aplikace umožní, bude virtualizována technologií VMware ThinApp.
- Dodaná počítačová stanice musí splňovat aktuálně zadané minimální požadavky na HW.

Monitor		Standard "A"
Parametr		Minimální požadované parametry
provedení / typ		IPS / VA
provedení zobrazovací plochy monitoru		Antireflexní
velikost úhlopříčky minimálně		24"
pracovní rozlišení minimálně		1920 x 1080
jas - minimálně [cd/m ²]		250
kontrast		800:1
pozorovací úhel (V x H)		175°x175°
odezva maximálně		8 ms
rozhraní (konektory)		analog VGA + DVI-D + DisplayPort včetně kabelů
certifikáty		TCO 05
integrované reproduktory	ano/ne	ne
	výkon	
možnost výškového nastavení / náklonu		ano / ano
příkon maximální [W]		40 W
lokalizované menu ovládání		ne
servisní záruka		3 roky - NBD

Tiskárna	Standard "N"	
Parametr	Minimální požadované parametry	
technologie tisku	laserová	
formát	A4	
rozlišení tisku	1200x1200 dpi	
rychlost tisku	25 str./min	
rozhraní	Ethernet 10/100 Mbps(RJ-45)/USB, WiFi	
tiskový jazyk	PCL 5c, PCL 6	
datový kabel	USB typ A-B	
automatický oboustranný tisk	ano	
zásobníky papíru	1+prioritní podavač	
display	ano	
pracovní využití	2000 stran/měsíc	
barevný tisk	ne	
multifunkční (tisk, kopírování, skenování, faxování)	ne	
rychlost skenování	ne	
rychlost kopírování	ne	
rozlišení skeneru	ne	
přímý tisk	bezdrátový přímý tisk	
skenování do emailu, FTP,SMB, USB	ne	

ověřování v síti, řízení přístupu, práva uživatelů	ne
zabezpečený tisk s načasovaným vymazáním, zabezpečený Fax/Skenování/email	ne
integrovaný SafeQ embeded terminál	ne
přímý tisk z USB	ne
pevný disk	ne
šifrování pevného disku	ne
ADF (automatický podavač dokumentů)	ne

- **Požadavky na připojení zařízení do datové sítě FN Brno**
- připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.
- rozhraní – konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce.
- protokol – síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP.
- povinné nastavení síťové adresy – na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky IT).
- **Antivirová ochrana**
- lze využít AV systému zadavatele, u kterého je zajištěna aktualizace.
- použití jiného AV programu a zajištění vlastní metody aktualizace – zadavatel nezajišťuje průchod jiných AV programů na aktualizací servery.
- netečnost nabízeného zboží k počítačovým virům – nutno doložit, že zboží nemůže být nakaženo ani nemůže nakazit jiná síťová zařízení.
- **Vzdálený dohled**
- (není požadavkem zadavatele, ale zadavatel jej umožňuje) – možný prostřednictvím klienta openVPN, jiný způsob dohledu není zadavatelem podporován; možnost vzdáleného dohledu zadavatel v případě zájmu uchazeče s uchazečem projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele.

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání

- v případě provádění servisních výkonů mimo nemocnici, bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu provádění servisního výkonu
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma
- 1x návod v ČJ (1x tištěný) - při dodání přístroje
- součástí **nabídky i předání** bude elektronický nosič (CD/DVD, ...) kde bude:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)