

Odpověď na dotaz dodavatele

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je požadován úchyt na retractorovou tyč o průměru 28mm. Naše společnost vyrábí úchyty o průměru 16-18mm. Bude zadavatel akceptovat takovýto úchyt?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci byl omylem uveden chybný údaj týkající se průměru retractorové tyče. Zadavatel bude akceptovat úchyt na retractorovou tyč o průměru min. 16mm.

Na základě těchto dodatečných informací bude upravena zadávací dokumentace.