

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.cz

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO – 15.2.1-Va/So
Vaše zn.: -

V Brně 26. září 2016

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **3 ks monitorů vitálních funkcí** pro Oddělení ORL, Pracoviště medicíny dospělého věku (1 ks), Neonatologické oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny (1 ks) a Pediatrická klinika, Pracoviště dětské medicíny (1 ks) / FN Brno, Jihlavská 20, Obilní trh 11, Černopolní 9, Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou část, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Medicínský účel - pro **část 1) a 2)** – přístroje slouží k zajištění intenzivní péče o pacienta.

Zadavatel požaduje **přístroje nové**, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce, který podává nabídku, využil vzorový text kupní smlouvy k předložení návrhu kupní smlouvy vlastnoručně podepsaného osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen **doplnit žlutě označená volná místa** v textu vzorové kupní smlouvy, kde uchazeč doplní čísla částí a jejich názvy, do nichž podává nabídky. (tj. identifikace

uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

- Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:
- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce,
- kompletní nabídka včetně technických údajů v ČJ s oceněním jednotlivých položek za každou část zvlášť,
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- návod k přístroji na CD (manuál v ČJ a AJ – je-li výroba přístroje mimo ČR).

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční i pozáruční době, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- cena náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- roční náklady na spotřební materiál,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných ND, PM kitů a pod) po dobu životnosti (uvést výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, ND s omezenou životností, PM (preventive maintenance) /SM (service maintenance) kity...) nebo za dobu 10 ti let (není- li životnost přístroje výrobcem stanovena),
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby,
- doplnění níže uvedené tabulky:

Místo servisu	Servisní práce: Kč/hod	Cestovné: Kč/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozárčních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celkové nabídkové ceny budou zpracovány **pro každou část zakázky zvlášť** v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, recyklační poplatky (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH, a to pro každou část zvlášť.

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 10:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Monitory vitálních funkcí pro více klinik – část („..”) název ... – Neotevírat**“, kde uchazeč doplní čísla částí a jejich názvy, do nichž podává nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy, pro každou část zvlášť,
- cenovou nabídku dle 4. bodu této výzvy.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat vyplněný návrh vzorové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 12. 10. 2016 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č. 1070 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

- Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

v. z. Ing. Hana Egerlová

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Lenka Soukupová, tel. 532 233 640

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Zadávací podmínky na monitory vitálních funkcí

Část 1) Monitory vitálních funkcí pro ORL, PMDV a NO, PRM (1 + 1 ks)

Jedná se o dodávku celkem 2 ks modulárních monitorů vitálních funkcí, u kterých požadujeme kompatibilitu se stávajícími monitory a centrálou Philips.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství potřebného k prvnímu uvedení do provozu a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů proti nechtěnému pádu – snadné sejmutí monitorů bez nástroje.

Požadované vlastnosti:

- modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.
- barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min. 10“, min. 5 křivek, alfanumerické zobrazení měřených parametrů.
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu.
- *měření a zobrazení:*
 - o EKG křivka, základní arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
 - o respirace
 - o puls – možnost snímání z EKG křivky i saturace O₂
 - o saturace O₂ (SpO₂)
 - o neinvazivní krevní tlak
 - o teplota
- tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod.
- nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Obecné požadavky na přístroj:

- napájení 230V / 50 Hz

Část 2) Monitory vitálních funkcí pro PeK, PDM (1 ks)

Jedná se o dodávku 1 ks modulárního monitoru vitálních funkcí, u kterého požadujeme kompatibilitu se stávajícími monitory Spacelabs.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství potřebného k prvnímu uvedení do provozu a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů proti nechtěnému pádu – snadné sejmutí monitorů bez nástroje.

Požadované vlastnosti:

- modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.
- barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min. 10“, min. 5 křivek, alfanumerické zobrazení měřených parametrů.
- odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulsu.
- *měření a zobrazení:*

- o EKG křivka, základní arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
- o respirace
- o puls – možnost snímání z EKG křivky i saturace O₂
- o saturace O₂ (SpO₂)
- o neinvazivní krevní tlak
- o teplota
- o invazivní krevní tlak, včetně kabelu pro připojení snímače TK
- tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod.
- nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Obecné požadavky na přístroj:

- napájení 230V / 50 Hz

Další požadavky při předání zboží:

- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu),
- 1 originální návod (možnost na CD/DVD),
- 2 návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf),
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo
- kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání,
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle §61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma,
- bezplatné zaškolení techniků OZT k provádění odborné údržby dle § 65 zák. 268/2014 Sb, nebo k provádění servisu dle § 66 zák. 268/2014 Sb.
- součástí **nabídky a předání** bude elektronický nosič (CD/DVD, ...) kde bude:
 - prohlášení o shodě,
 - CE certifikát,
 - uživatelský manuál v ČJ,
 - uživatelský manuál v AJ (je-li výrobce přístroje mimo ČR),
 - návod v ČJ nebo AJ – v případě, že je výrobcem předepsána povinná výměna některých částí/dílů po určité provozní době, aby bylo zřejmé, o které díly se jedná a jaká je perioda jejich výměny.